

По состоянию на 28.07.2024 это лишь ПРОЕКТ, т.е. ещё может корректироваться

Об утверждении перечня медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, используемых в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов

В соответствии с частью шестнадцатой статьи 11¹ Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 1 и подпунктом 5.2.107 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, приказываю:

1. Утвердить перечень медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, используемых в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 апреля 2023 г. № 342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2023 г., регистрационный № 73766).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Министр

А.О. Котяков

Приложение
к приказу
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от ____

2024 г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских и социальных показаний, медицинских противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, технических решений, в том числе специальных, конструктивных особенностей и параметров технических средств реабилитации, используемых в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов

Раздел 1. Медицинские и социальные показания, медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

Пункт раздела «Технические средства реабилитации» федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду ¹	Номер вида технического средства реабилитации и его наименования	Вид и наименование технического средства реабилитации	Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации	Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (являются основанием для подбора иного показанного технического средства реабилитации)
1	2	3	4	5
Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни	6 (6-01-01 – 6-11-02)		Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих	

			возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, обучению, трудовой деятельности.	
	6-01	Трость опорная	Трости опорные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности. Трость опорная подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов тростью опорной выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении трости опорной определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-01-01	Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;
	6-01-02	Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).
	6-01-03	Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4-5 классу клинических проявлений	Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением
	6-01-04	Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	международной классификации хронических болезней вен).	(статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения

		ия		психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	6-01-05	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-06	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-07	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-08	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-09	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-10	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-11	Трость 3-х опорная, не регулируемая по		

		высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-12	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-13	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-14	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-15	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-16	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-17	Трость 4-х опорная, регулируемая по		

		высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-18	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-19	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-20	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-21	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
	6-01-22	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-01-23	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства		

		противоскольжения		
	6-01-24	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
	6-02	Трость тактильная	Трости тактильные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, трудовой деятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов тростью тактильной назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении трости тактильной определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-02-01	Трость белая тактильная цельная	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05-0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов).	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций
	6-02-02	Трость белая тактильная складная		

				верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
6-03	Трость белая опорная	Трости тактильные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, ориентации, обучению, трудовой деятельности (коды 6-03-01, 6-03-03), формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов тростью белой опорной назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении трости белой опорной определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.		
6-03-01	Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05-0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленными: заболеваниями, последствиями травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;		
6-03-02	Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;		
6-03-03	Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения			
6-03-04	Трость белая			

		опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения	последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен).	выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	6-04	Костыли	Костыли подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности при необходимости использования для передвижения на короткие расстояния либо в течение непродолжительного времени с учетом условий проживания (отсутствие лифта или подъемного устройства в жилом здании (доме). Костыли подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов костылями выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении костылей определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-04-01	Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.
	6-04-02	Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения		Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением

	6-04-03	Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения	деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II, III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» - обеих нижних конечностей). Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культы одного бедра, голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию.	(статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	6-04-04	Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения		
	6-04-05	Костыли подмышечные с устройством противоскольжения		
	6-04-06	Костыли подмышечные без устройства противоскольжения		
	6-05	Опора в кровать	Опора в кровать подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению. Опора подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов опорой выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении опоры в кровать определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
6-05-01	Опора в кровать веревочная	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных,	Относительные медицинские противопоказания:	

	6-05-02	Опора в кровать металлическая	скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» - обеих нижних конечностей).	выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.
	6-06	Опора для ползания для детей-инвалидов	Опора для ползания для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности, способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора для ползания для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 разделе 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для ползания для детей-инвалидов определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-06-01	Опора для ползания для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и

			позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.
	6-07	Опора для сидения для детей-инвалидов	Опора для сидения для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом от 0 до 18 лет. Опора для сидения для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздел 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для сидения для детей-инвалидов определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-07-01	Опора для сидения для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушениям позы сидения, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: прогрессирование патологического процесса в положении инвалида сидя, в том числе вследствие спинномозговой грыжи, воспалительных заболеваний позвоночника; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.
	6-08	Опора для лежания для детей-инвалидов	Опора для лежания для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию.	

			Опора для лежания для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры в лежания для детей-инвалидов определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-08-01	Опора для лежания для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, обусловленные эпилептическими припадками с отключением сознания, резистентных к терапии; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.
	6-09	Опора для стояния для детей-инвалидов	Опора для стояния для детей-инвалидов подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у ребенка-инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, необходимости дополнительной фиксации для осуществления передвижения и самообслуживания. Опора для стояния для детей-инвалидов подбирается ребенку-инвалиду с учетом антропометрических данных, исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 разделе 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении опоры для стояния для детей-инвалидов определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	

	6-09-01	Опора для стояния для детей-инвалидов	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.
	6-10	Ходунки	Ходунки подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинко-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, необходимости использования на короткие расстояния в течение непродолжительного времени (под кодом 6-10-01), преимущественного передвижения на значимые расстояния (под кодом 6-10-05), необходимости дополнительной фиксации для осуществления передвижения (6-10-06). Ходунки подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов ходунками выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующее имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности, и включается в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида. При назначении ходунков определяются параметры, конструктивные особенности и технические характеристики	

			изделий в соответствии с разделом II Перечня.	
	6-10-01	Ходунки шагающие	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.
	6-10-01-01	Ходунки шагающие нескладные		
	6-10-01-02	Ходунки шагающие нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-01-03	Ходунки шагающие складные		
	6-10-01-04	Ходунки шагающие складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-02	Ходунки на колесах		
	6-10-02-01	Ходунки на колесах нескладные		
	6-10-02-02	Ходунки на колесах нескладные со столиком		
	6-10-02-03	Ходунки на колесах нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		

	6-10-02-04	Ходунки на колесах нескладные со столиком крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-02-05	Ходунки на колесах складные		
	6-10-02-06	Ходунки на колесах складные со столиком		
	6-10-02-07	Ходунки на колесах складные со столиком крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-02-08	Ходунки на колесах складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-03	Ходунки с опорой на предплечье		
	6-10-03-01	Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные		
	6-10-03-02	Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные		
	6-10-03-03	Ходунки с опорой на предплечье без колес нескладные крупногабаритные, в том числе		

		баритрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-03-04	Ходунки с опорой на предплечье с колесами нескладные крупногабаритны е, в том числе баритрические (вес инвалид свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-03-05	Ходунки с опорой на предплечье без колес складные		
	6-10-03-06	Ходунки с опорой на предплечье с колесами складные		
	6-10-03-07	Ходунки с опорой на предплечье без колес складные крупногабаритны е, в том числе баритрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-03-08	Ходунки с опорой с колесами на предплечье с колесами складные крупногабаритны е, в том числе баритрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-04	Ходунки с подмышечной опорой		
	6-10-04-01	Ходунки с подмышечной		

		опорой без колес нескладные		
	6-10-04-02	Ходунки с подмышечной опорой без колес нескладные крупногабаритны е, в том числе баритрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-04-03	Ходунки с подмышечной опорой без колес складные		
	6-10-04-04	Ходунки с подмышечной опорой без колес складные крупногабаритны е, в том числе баритрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-04-05	Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные		
	6-10-04-06	Ходунки с подмышечной опорой с колесами нескладные крупногабаритны е, в том числе баритрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-04-07	Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные		

	6-10-04-08	Ходунки с подмышечной опорой с колесами складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-05	Ходунки-роллаторы		
	6-10-05-01	Ходунки-роллаторы нескладные		
	6-10-05-02	Ходунки-роллаторы нескладные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида выше 185 см)		
	6-10-05-03	Ходунки-роллаторы складные		
	6-10-05-04	Ходунки-роллаторы складные крупногабаритные, в том числе бариатрические (вес инвалида свыше 90 кг, рост инвалида свыше 185 см)		
	6-10-06	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: детского церебрального паралича (далее – ДЦП); прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия); значительно выраженные нарушения статики и координации движений

	6-10-06-01	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП переднеопорные без подголовника	атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга.	(гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение); наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.
	6-10-06-02	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП переднеопорные с подголовником		
	6-10-06-03	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП заднеопорные		
	6-10-06-04	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП комбинированные		
	6-11	Поручни (перила) для самоподнимания	Поручни (перила) для самоподнимания подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом использования в помещении, в условиях проживания в неадаптированном жилом помещении (отсутствие специальных средств и приспособлений). Поручни (перила) для самоподнимания подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности	

			нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении поручней (перил) для самоподнимания определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	6-11-01	Поручни (перила) для самоподнимания угловые	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы: (хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.
	6-11-02	Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)		
Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные	7 (7-01-01 – 7-05-01)		Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности.	
	7-01	Кресло-коляска с	Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов	

		ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов креслом-коляской с ручным приводом комнатной (для инвалидов и детей-инвалидов) выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресел-колясок с ручным приводом комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	7-01-01	Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культи одного бедра на любом	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболевания, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.

			уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств с	
--	--	--	--	--

			тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией.	
7-01-02	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии.	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.	
7-01-03	Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.	

			нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. При наличии сохранной функции одной верхней конечности.	
7-01-04	Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболевания, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.	
7-01-05	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.		
7-01-06	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)			
7-01-07	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)			

		Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями: функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии); дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени); пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью); системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии); мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии); психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией.	
7-02	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой	

			деятельности, с учетом возможности самостоятельного использования либо сопровождающим лицом, преимущественного использования вне помещений. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов креслом-коляской с ручным приводом прогулочной (для инвалидов и детей-инвалидов) выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресел-колясок с ручным приводом прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. При невозможности самостоятельного управления инвалидом, ребенком-инвалидом креслом-коляской с ручным приводом прогулочной назначение кресла-коляски активного типа (номер вида 7-03) не осуществляется.	
	7-02-01	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культи одной голени на любом	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.

			уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).	
	7-02-02	Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии.	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.

	7-02-03	Кресло-коляска с двухручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные: заболеваниями, последствиями травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей). Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.
--	---------	---	---	--

			При наличии сохранной функции обеих верхних конечностей.	
	7-02-04	Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара При сохранной функции одной верхней конечности.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0; последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.
	7-02-05	Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий	Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; наличие эпилептических

	7-02-06	Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.	припадков с нарушением сознания.
	7-02-07	Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочное (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;	
	7-02-08	Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом (бариатрическая) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).	

	7-03	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом (старше 4 лет), возможности самостоятельного использования без сопровождающего лица, принимая во внимание необходимость преодоления значимых расстояний в течение дня. Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду индивидуально исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении кресла-коляски активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. При невозможности самостоятельного управления инвалидом, ребенком-инвалидом креслом-коляской с ручным приводом прогулочной назначения кресла-коляски активного типа не осуществляется. Кресло-коляска активного типа может быть рекомендована при невозможности (значительном затруднении) использования кресла-коляски с ручным приводом комнатной инвалидами и детьми-инвалидами, проживающими в условиях малогабаритных квартирах (наличие узких коридоров, дверных проемов).	
	7-03-01	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденных недоразвитий обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и	Относительные медицинские противопоказания: выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; значительно выраженные
	7-03-01-01	Кресло-коляска активного типа с регулируемым углом наклона спинки (для инвалидов и детей-инвалидов)		
	7-03-01-02	Кресло-коляска активного типа с откидной		

		спинкой (для инвалидов и детей-инвалидов)	заболеваний центральной, периферической нервной системы.	нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;
	7-03-01-03	Кресло-коляска активного типа с жесткой спинкой (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной (врожденной) культы одного бедра; ампутационной (врожденной) культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара. Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).	значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя; значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.
	7-04	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с	

			биологическим возрастом (старше 6 лет), возможности самостоятельного использования без сопровождающего лица, принимая во внимание необходимость преодоления значимых расстояний в течение дня до места учебы или осуществления трудовой деятельности, а также характеристику семьи и ближайшего окружения с целью обеспечения максимально возможной самостоятельности и мобильности. Кресло-коляска с электроприводом подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов креслом-коляской с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторными батареями к ней выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресла-коляски с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний для обеспечения инвалида, ребенка-инвалида креслом-коляской с электроприводом определяются альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, культи руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом. Допускается одновременное назначение кресла-коляски с электроприводом и кресла-коляски с ручным приводом (комнатной) инвалидам и детям-инвалидам при сохранной функции обеих верхних конечностей (номер вида 7-01-01) принимая во внимание условия проживания (многоэтажный дом необорудованный лифтами и подъемными устройствами).	
	7-04-01	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13-20 градусов, в лучезапястном суставе не превышает 9-14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0. Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);
	7-04-01-01	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и аккумуляторные		

		батарей к ней	достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3-4 см; невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов;	возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.
7-04-01-02	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней	афферентный парез верхних конечностей) в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:	
7-04-01-03	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней	заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы, в том числе при гемиплегии; врожденных аномалий развития нижних конечностей;	
7-04-01-04	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей;	
7-04-01-05	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью ПА степени или с хронической сердечной недостаточностью ПБ степени).	
7-04-01-06	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие умеренные нарушения функций верхних	

			конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (выраженные или значительно выраженные нарушения одной верхней конечности при сохраненной функции второй верхней конечности) в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; врожденных аномалий развития нижних конечностей; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью IIА степени или с хронической сердечной недостаточностью IIБ степени). Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и	
--	--	--	---	--

			деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; врожденных аномалий развития нижних конечностей; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность (дыхательная недостаточность II степени в сочетании с хронической сердечной недостаточностью IIА степени или с хронической сердечной недостаточностью IIБ степени); пищеварительной системы; системы крови и иммунной системы; мочевыделительной функции. в сочетании с сохраненной функцией обеих верхних конечностей.	
7-04-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии, в том числе спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана, заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании с выраженными нарушениями функции верхних конечностей	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0. Относительные медицинские противопоказания:	

	7-04-02-01	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним приводом и аккумуляторные батареи к ней	вследствие заболеваний, деформаций и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13-20 градусов, в лучезапястном суставе не превышает 9-14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3-4 см; невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов). Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии, в том числе, спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана, заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании с умеренными нарушениями функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения функции одной верхней конечности при сохраненной функции второй верхней конечности).	умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.
	7-04-02-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и аккумуляторные батареи к ней		
	7-04-02-03	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и аккумуляторные батареи к ней		
	7-04-02-04	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с передним		

		приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней		
	7-04-02-05	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с задним приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней		
	7-04-02-06	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) с центральным приводом и альтернативным видом управления и аккумуляторные батареи к ней		
	7-05	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом возможности самостоятельного использования без сопровождающего лица, использования как внутри так и вне	

			помещений, состояния дорожного покрытия (асфальтированные дороги, с гравийным покрытием и без покрытия). При назначении кресла-коляски малогабаритной (для инвалидов и детей-инвалидов) определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	7-05-01	Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.

Протезы (за исключением высокофункциональных протезов с микропроцессорным управлением) и ортезы	8 (8-01 – 8-03-03, 8-05, 8-05-02 – 8-09-54-23 , 8-09-63)		Протезы и ортезы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности.	
	8-01	Протезы косметические	Протезы косметические подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности с целью компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Протезы косметические подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов косметических определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	8-01-01	Протез пальца косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие отсутствия пальцев, фаланг пальцев	Абсолютные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи пальцев, стойкие комбинированные контрактуры смежных суставов, делающие культи непригодными к использованию косметического протеза. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи пальцев, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.
	8-01-01 ¹	Протез пальца активный (механический, тяговый), в том		Абсолютные противопоказания: Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к

		числе при недоразвитии конечности		отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-01-02	Протез кисти косметический, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При частичном вычленении кисти.	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.
	8-01-03	Протез предплечья косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава.	Относительные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 4 см от локтевого сгиба).
	8-01-04	Протез плеча	Стойкие умеренные или	Относительные медицинские

		косметический, в том числе при недоразвитии конечности	выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча или вычленение на уровне локтевого сустава.	противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя плеча (менее 7 см плечевой кости).
	8-02	Протезы рабочие	Протезы рабочие подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности. Протезы рабочие подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов рабочих определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	8-02-01	Протез кисти рабочий, в том числе при частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При частичном вычленении кисти.	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-02-02	Протез предплечья	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных,	Абсолютные медицинские противопоказания:

		рабочий, в том числе при недоразвитии конечности	скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при достаточном объеме подвижности в локтевом суставе.	значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний паразетез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-02-03	Протез плеча рабочий, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний паразетез. Значительно выраженные нарушения психических

			Функциональная длина культи плеча на уровне средней трети и нижней трети плеча.	функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-03	Протезы активные	Протезы активные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности. Протезы активные подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов активных определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	8-03-01	Протез кисти активный (тяговый), в том числе при частичном вычленении	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности	Абсолютные противопоказания: Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в

		кисти и недоразвитии конечности	вследствие наличия культи на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При вычленении и частичном вычленении кисти.	целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-03-02	Протез предплечья активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при достаточном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных

				мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-03-03	Протез плеча активный (тяговый), в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при достаточном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне границы верхней трети и средней трети плеча, нижней трети плеча.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парпарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым,

				психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-05	Протезы после вычленения плеча	Протезы после вычленения плеча подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности, для преодоления барьеров в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Протез после вычленения плеча подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протеза после вычленения плеча определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	8-05-02	Протез после вычленения плеча функционально-косметический, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие: вычленения плеча; межлопаточно-грудинной ампутации; ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные нарушения

				психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-06	Чехлы на культы верхних конечностей	Вид чехлов на культы верхних конечностей подбираются индивидуально, в зависимости от размера, формы и состояния культы, а также с учетом вида используемого протеза.	
	8-06-01	Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный	Культя предплечья.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-06-02	Чехол на культю плеча хлопчатобумажный	Культя плеча.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-06-03	Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)	Культя верхней конечности при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-06-04	Косметическая оболочка на протез верхней конечности	Наличие протеза верхней конечности (для защиты формообразующей косметической кисти и придания естественного цвета и топографии кисти, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности).	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	8-07	Протезы нижних конечностей	Протезы нижних конечностей подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом положительной трудовой направленности, Протезы подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений	

			жизнедеятельности. При назначении протеза нижней конечности инвалидам, детям-инвалидам, нуждающимся в первичном протезировании, определяется возможность замены до трех приемных гильз. Длина костной культи бедра определяется как функциональная длина культи и измеряется расстоянием от седалищного бугра до торца культи (до нижней точки плоскости костного опиала бедренной кости). При назначении протезов нижних конечностей определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
8-07-01	Протез стопы, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие наличия культи стопы на различных уровнях переднего и среднего отдела, продольных ампутаций стопы.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия, значительно выраженный нижний парепарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи стопы, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; стойкая эквинусная деформация стопы.	
8-07-04	Протез голени для купания, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культи голени по Пирогову или по Сайму; культи голени после вычленения в голеностопном суставе; культи голени на любом уровне.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парепарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным	

				нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
8-07-05	Протез бедра для купания, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленения в коленном суставе; культы бедра на любом уровне	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания:	

				нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
8-07-06	Протез голени немодульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы голени по Пирогову или по Сайму; культы голени после вычленения в голеностопном суставе; культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие	

				медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-07-07	Протез бедра немодульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленения в коленном суставе; культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; эпилептические припадки с

				отключением сознания; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-07-08	Протез при вычленении бедра немодульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы, в том числе атипичной, при 1-2 уровне двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций

				сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы голени по Пирогову или по Сайму; культы голени после вычленения в голеностопном суставе; культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1-4 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и

				иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому; вычленении в коленном суставе; культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-4 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез; выраженные, нарушения психических функций,

				приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культи в том числе атипичной, при потенциальном достижении 1-3 уровня двигательной активности.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.	

	8-08	Чехлы на культю голени, бедра	Вид чехлов на культю нижних конечностей подбираются индивидуально, в зависимости от размера, формы и состояния культю, а также с учетом вида используемого протеза.	
	8-08-01	Чехол на культю голени хлопчатобумажный	Культи голени.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-08-02	Чехол на культю бедра хлопчатобумажный	Культи бедра.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-08-03	Чехол на культю голени шерстяной	Культи голени.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-08-04	Чехол на культю бедра шерстяной	Культи бедра.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-08-05	Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)	Культи голени при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-08-06	Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)	Культи бедра при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
	8-08-07	Косметическая облицовка на протез нижней конечности	Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности).	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	8-09	Прочие протезы; ортезы	Прочие протезы, ортезы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности, с целью компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта, преодоления	

			психологических барьеров (номер вида 8-09-01, 8-09-03, 8-09-04, 8-09-05, 8-09-06, 8-09-07, 8-09-08, 8-09-09, 8-09-10, 8-09-11), а также для преодоления социально-бытовых и социально-средовых барьеров в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения, в выполнении трудовой деятельности, в процессе участия в общественной, творческой деятельности, при занятиях адаптивной физической культурой и адаптивным спортом (номер вида с 8-09-22 по 8-09-63). Протезы, ортезы подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений основных категорий жизнедеятельности. Назначение ортезов под номерами с 8-09-27 по 8-09-54, 8-09-63 инвалидам, детям-инвалидам может быть бессрочно (для детей-инвалидов до достижения возраста 18 лет) через 4 года наблюдения при невозможности устранения патологического состояния. При назначении прочих протезов, ортезов определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
8-09-01	Экзопротез молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.		Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца.
8-09-02	Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.		
8-09-03	Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам)	Врожденная адентия (полная или частичная). Постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти. Атрофия альвеолярного отростка.		Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез жевательных мышц.

	8-09-04	Глазной протез	Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока.	Абсолютные медицинские противопоказания: деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу; прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью.
	8-09-06	Протез ушной	Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха. Отсутствие наружного уха.	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии.
	8-09-07	Протез носовой	Уродующие деформации носа. Отсутствие носа, частей носа.	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.
	8-09-08	Протез неба	Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм неба.	Абсолютные медицинские противопоказания: бульбарные нарушения; миастенический синдром.
	8-09-09	Протез голосовой	Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм гортани.	Относительные медицинские противопоказания: не корригируемые хирургическим путем стенозы

				фарингоэзофагального сегмента и/или трахеостомы; лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в зоне фистулы); местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания.
	8-09-10	Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)	Анофтальм, микрофтальм в сочетании с отсутствием уха или носа. Посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области. Врожденные аномалии челюстно-лицевой области.	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез лицевых мышц; биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии.
	8-09-11	Протез половых органов	Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, вследствие травм и дефектов наружных половых органов.	Абсолютные медицинские противопоказания: онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии; неустранимое истинное недержание мочи; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.
	8-09-12	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфоток, в том числе после ампутации молочной железы	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, обусловленные лимфоток второй стадии.	Относительные медицинские противопоказания: трофические нарушения с острым и подострыми воспалительными процессами кожных покровов; индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие.

	8-09-12-01	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – класс компрессии 1		
	8-09-12-02	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – класс компрессии 2		
	8-09-12-03	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – класс компрессии 3		
	8-09-13	Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пantalоны на область живота при ослаблении	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной, мочевыделительной функции (значительные грыжевые выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости, вследствие оперативных вмешательств, заболеваний или травматических повреждений).	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие патологии груднопоясничного отдела позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания брюшной стенки, обуславливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом; непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.

		мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости		
	8-09-14	Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения и сопровождающиеся выраженным болевым синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки.	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-15	Бандаж-суспензорий	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и мочевыделительной функции (не вправляемая скользящая пахово-мошоночная грыжа при наличии противопоказаний к хирургическому лечению).	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-16	Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и/или мочевыделительной функции, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки, в паховой области, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению.	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-16-01	Бандаж грыжевой паховый односторонний		
	8-09-16-02	Бандаж грыжевой паховый двусторонний		
	8-09-16-03	Бандаж грыжевой скротальный односторонний		

	8-09-16-04	Бандаж грыжевой скротальный двусторонний		
	8-09-17	Головодержатель полужесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника.	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-17-01	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 1)		
	8-09-17-02	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 2)		
	8-09-17-03	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 3)		
	8-09-17-04	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 4)		
	8-09-17-05	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 5)		
	8-09-17-06	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 6)		
	8-09-17-07	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 7)		
	8-09-17-08	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 8)		
	8-09-17-09	Головодержатель полужесткой фиксации (типоразмер 9)		
	8-09-17-10	Головодержатель полужесткой фиксации индивидуального		

		изготовления		
	8-09-18	Головодержатель жесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника.	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-18-01	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 1)		
	8-09-18-02	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 2)		
	8-09-18-03	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 3)		
	8-09-18-04	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 4)		
	8-09-18-05	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 5)		
	8-09-18-06	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 6)		
	8-09-18-07	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 7)		
	8-09-18-08	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 8)		
	8-09-18-09	Головодержатель жесткой фиксации (типоразмер 9)		
	8-09-18-10	Головодержатель жесткой фиксации индивидуального изготовления		

	8-09-19	Бандаж на коленный сустав (наколенник)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития области коленного сустава при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией тазобедренного сустава.	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-19-01	Бандаж на коленный сустав (наколенник) – класс компрессии 1		
	8-09-19-02	Бандаж на коленный сустав (наколенник) – класс компрессии 2		
	8-09-19-03	Бандаж на коленный сустав (наколенник) – класс компрессии 3		
	8-09-19-04	Бандаж на коленный сустав (наколенник) – класс компрессии 4		
	8-09-20	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей (хроническое заболевание вен, соответствующее 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» нижних конечностей).	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
	8-09-20-01	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность – чулки		
	8-09-20-02	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность – гольфы		
	8-09-20-03	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность – колготы		
	8-09-21	Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.	Медицинские противопоказания отсутствуют.

		молочной железы		
8-09-22	Корсет мягкой фиксации		Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
8-09-22-01	Корсет мягкой фиксации на крестцово-поясничный отдел позвоночника			
8-09-22-02	Корсет мягкой фиксации на поясничный отдел позвоночника			
8-09-22-03	Корсет мягкой фиксации на поясничный и ниже-грудной отдел позвоночника			
8-09-22-04	Корсет мягкой фиксации на ниже-грудной отдел позвоночника			
8-09-22-05	Корсет мягкой фиксации на поясничный, ниже-грудной и грудной отдел позвоночника			
8-09-22-06	Корсет мягкой фиксации на грудной отдел позвоночника			
8-09-22-07	Корсет мягкой фиксации на поясничный, ниже-грудной, грудной и верхне-грудной отдел позвоночника			
8-09-22-08	Корсет мягкой фиксации на верхне-грудной отдел позвоночника			

	8-09-23	Корсет полужесткой фиксации		
	8-09-24	Корсет жесткой фиксации		
	8-09-25	Корсет функционально-корригирующий		
	8-09-26	Реклинатор – корректор осанки	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-26-01	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 1)		
	8-09-26-02	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 2)		
	8-09-26-03	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 3)		
	8-09-26-04	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 4)		
	8-09-26-05	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 5)		
	8-09-26-06	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 6)		
	8-09-26-07	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 7)		
	8-09-26-08	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 8)		
	8-09-26-09	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 9)		
	8-09-26-10	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 10)		
	8-09-26-11	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 11)		

	8-09-26-12	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 12)		
	8-09-26-13	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 13)		
	8-09-26-14	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 14)		
	8-09-26-15	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 15)		
	8-09-26-16	Реклинатор – корректор осанки (типоразмер 16)		
	8-09-26-17	Реклинатор – корректор осанки индивидуального изготовления		
	8-09-27	Аппарат на кисть		
	8-09-28	Аппарат на кисть и лучезапястный сустав		
	8-09-29	Аппарат на лучезапястный сустав		
	8-09-30	Аппарат на локтевой сустав		
	8-09-31	Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы		
	8-09-32	Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы		
	8-09-33	Аппарат на локтевой и плечевой суставы		
	8-09-34	Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы		
	8-09-35	Аппарат на плечевой сустав		

	8-09-36	Аппарат на всю руку		
	8-09-37	Аппарат на голеностопный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-37-01	Аппарат на голеностопный сустав		
	8-09-37-02	Аппарат на голеностопный сустав со стремящем		
	8-09-37-03	Аппарат на голеностопный сустав с двойным следом		
	8-09-38	Аппарат на голеностопный и коленный суставы		
	8-09-39	Аппарат на коленный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-39-01	Аппарат на коленный сустав замковый		
	8-09-39-02	Аппарат на коленный сустав беззамковый		
	8-09-39-03	Аппарат на коленный сустав замковый комбинированный		
	8-09-40	Аппарат на тазобедренный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-40-01	Аппарат на тазобедренный сустав замковый		
	8-09-40-02	Аппарат на тазобедренный сустав беззамковый		
	8-09-40-03	Аппарат на		

		тазобедренный сустав комбинированный		
	8-09-41	Аппарат на коленный и тазобедренный суставы		
	8-09-42	Аппарат на всю ногу	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-42-01	Аппарат на всю ногу с кожным вертлугом (узлом, модулем) и поясным ремнем		
	8-09-42-02	Аппарат на всю ногу с металлическим вертлугом (узлом, модулем) и поясным ремнем		
	8-09-42-03	Аппарат на всю ногу с металлическим вертлугом (узлом, модулем) и полукорсетом (корсетом)		
	8-09-43	Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-43-01	Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) с правым и левым металлическими вертлугами (узлом, модулем) и полукорсетом (корсетом);		
	8-09-43-02	Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) с правым и левым металлическими взаимосвязанным		

		и узлами, обеспечивающим и реципрокное движение, и корсетом		
	8-09-44	Тутор на лучезапястный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-44-01	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 1)		
	8-09-44-02	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 2)		
	8-09-44-03	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 3)		
	8-09-44-04	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 4)		
	8-09-44-05	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 5)		
	8-09-44-06	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 6)		
	8-09-44-07	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 7)		
	8-09-44-08	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 8)		
	8-09-44-09	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 9)		
	8-09-44-10	Тутор на лучезапястный		

		сустав (типоразмер 10)		
	8-09-44-11	Тутор на лучезапястный сустав (типоразмер 11)		
	8-09-44-12	Тутор на лучезапястный сустав индивидуального изготовления		
	8-09-45	Тутор на предплечье		
	8-09-46	Тутор на локтевой сустав		
	8-09-47	Тутор на плечевой сустав		
	8-09-48	Тутор на всю руку		
	8-09-49	Тутор на голеностопный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-49-01	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 1)		
	8-09-49-02	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 2)		
	8-09-49-03	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 3)		
	8-09-49-04	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 4)		
	8-09-49-05	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 5)		
	8-09-49-06	Тутор на голеностопный		

		сустав (типоразмер 6)		
	8-09-49-07	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 7)		
	8-09-49-08	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 8)		
	8-09-49-09	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 9)		
	8-09-49-10	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 10)		
	8-09-49-11	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 11)		
	8-09-49-12	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 12)		
	8-09-49-13	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 13)		
	8-09-49-14	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 14)		
	8-09-49-15	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 15)		
	8-09-49-16	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 16)		
	8-09-49-17	Тутор на голеностопный сустав (типоразмер 17)		

	8-09-49-18	Тutor на голеностопный сустав (типоразмер 18)		
	8-09-49-19	Тutor на голеностопный сустав (типоразмер 19)		
	8-09-49-20	Тutor на голеностопный сустав (типоразмер 20)		
	8-09-49-21	Тutor на голеностопный сустав (типоразмер 21)		
	8-09-49-22	Тutor на голеностопный сустав (типоразмер 22)		
	8-09-50	Тutor косметический на голень		
	8-09-51	Тutor на коленный сустав		
	8-09-52	Тutor на тазобедренный сустав		
	8-09-53	Тutor на коленный и тазобедренный суставы		
	8-09-54	Тutor на всю ногу	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
	8-09-54-01	Тutor на всю ногу (типоразмер 1)		
	8-09-54-02	Тutor на всю ногу (типоразмер 2)		
	8-09-54-03	Тutor на всю ногу (типоразмер 3)		
	8-09-54-04	Тutor на всю		

		ногу (типоразмер 4)		
	8-09-54-05	Тутор на всю ногу (типоразмер 5)		
	8-09-54-06	Тутор на всю ногу (типоразмер 6)		
	8-09-54-07	Тутор на всю ногу (типоразмер 7)		
	8-09-54-08	Тутор на всю ногу (типоразмер 8)		
	8-09-54-09	Тутор на всю ногу (типоразмер 9)		
	8-09-54-10	Тутор на всю ногу (типоразмер 10)		
	8-09-54-11	Тутор на всю ногу (типоразмер 11)		
	8-09-54-12	Тутор на всю ногу (типоразмер 12)		
	8-09-54-13	Тутор на всю ногу (типоразмер 13)		
	8-09-54-14	Тутор на всю ногу (типоразмер 14)		
	8-09-54-15	Тутор на всю ногу (типоразмер 15)		
	8-09-54-16	Тутор на всю ногу (типоразмер 16)		
	8-09-54-17	Тутор на всю ногу (типоразмер 17)		
	8-09-54-18	Тутор на всю ногу (типоразмер 18)		

		18)		
	8-09-54-19	Тутор на всю ногу (типоразмер 19)		
	8-09-54-20	Тутор на всю ногу (типоразмер 20)		
	8-09-54-21	Тутор на всю ногу (типоразмер 21)		
	8-09-54-22	Тутор на всю ногу (типоразмер 22)		
	8-09-54-23	Тутор на всю ногу (индивидуального изготовления)		
	8-09-63	Аппарат на голеностопный и коленный суставы с коленным шарниром с микропроцессорным управлением	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности или нижних конечностей, вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	Абсолютные противопоказания: двусторонний полный паралич нижних конечностей с поражением ягодичных мышц; умеренная и высокая спастика; стойкие выраженные контрактуры коленного и/или тазобедренного сустава и/или варусно-вальгусная деформация этих суставов более 10 градусов; отсутствие опыта ежедневной ходьбы более 10 лет; выраженные слабость и/или истощение при прогрессировании патологического процесса; укорочение конечности более 15 см; масса тела более 125 кг; рост менее 150 см. Относительные противопоказания: спастические явления ниже среднего или низкие; корригируемые контрактуры коленного и/или тазобедренного сустава и/или варусно-вальгусная их деформация до 10 градусов; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций,

				приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; возраст менее 12 лет.
8 ¹ . Высокофункциональные протезы с микропроцессорным управлением	8 ¹ (8 ¹ -04 – 8 ¹ -05-01, 8 ¹ -07, 8 ¹ -07-12 – 8 ¹ -07-14)		Протезы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, общению, трудовой деятельности.	
	8 ¹ -04	Протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением	Протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности у инвалида (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности. Принимается во внимание молодой и средний возраст инвалида, ведущего активную повседневную деятельность в учебе, работе, быту, включая заботу о членах семьи, имеющего высокую реабилитационную направленность (мотивацию) к обучению и к трудовой деятельности с целью достижения максимально возможной самостоятельности и самореализации. Протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом электрической активности управляющих мышц культи и мышц-антагонистов (для протезов с миоуправлением), при условии использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протезов верхних конечностей с микропроцессорным управлением в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Эффективность использования протезов верхней конечности с микропроцессорным управлением оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний по истечении срока пользования.	
	8 ¹ -04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Абсолютные противопоказания: Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к

		частичном вычленении кисти и недоразвитии конечности	(статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культы на уровне головок проксимальных фаланг, вычленении в пястно-фаланговых суставах, на любом уровне пястных костей. При частичном вычленении кисти.	отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культы составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8 ¹ -04-02	Протез предплечья с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культы предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Значительно выраженные нарушения психических

				функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8 ¹ -04-03	Протез плеча с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава при	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный

			сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе. Функциональная длина культи плеча на уровне границы средней и верхней трети плеча, с приоритетным протезированием доминантной верхней конечности.	верхний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8 ¹ -05	Протезы с микропроцессорным управлением после вычленения плеча	Протезы после вычленения плеча с микропроцессорным управлением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений	

			жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности, для преодоления барьеров в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением подбирается инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протеза с микропроцессорным управлением после вычленения плеча с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Эффективность использования протеза после вычленения плеча с микропроцессорным управлением оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний по истечении срока пользования.	
	8 ¹ -05-01	Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением, в том числе с электромеханическим приводом и контактной системой управления, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие: вычленения плеча; межлопаточно-грудинной ампутации; ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения

				психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8 ¹ -07	Протезы нижних конечностей с микропроцессорным управлением	Протезы нижних конечностей с микропроцессорным управлением подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом положительной трудовой направленности, При назначении протезов нижних конечностей с микропроцессорным управлением принимается во внимание молодой и средний возраст инвалида, ведущего активную повседневную деятельность в учебе, работе, быту, имеющего высокую реабилитационную направленность (мотивацию) к обучению и к трудовой деятельности с целью достижения максимально возможной самостоятельности, самореализации и мобильности, при условии потенциального достижения соответствующего уровня двигательной активности: 2-4 уровень (номер вида 8¹-07-12), 3 уровень (номер вида 8¹-07-13), 2-3 уровень (номер вида 8¹-07-14). Протезы подбираются инвалиду, ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении протеза нижней конечности инвалидам, детям-инвалидам, нуждающимся в первичном протезировании, определяется возможность замены до трех приемных гильз. Длина костной культи бедра определяется как функциональная длина культи и измеряется расстоянием от седалищного бугра до торца культи (до нижней точки плоскости костного опиала бедренной кости). При назначении протезов нижних конечностей с микропроцессорным управлением в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Эффективность использования протезов с микропроцессорным управлением оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний по истечении срока пользования. При определении нуждаемости инвалида в протезах нижних конечностей с микропроцессорным управлением оценка	

			потенциально достижимого уровня двигательной активности проводится следующим образом: 1 уровень – возможность передвижения в ограниченном пространстве: инвалид передвигается на короткие расстояния в пределах квартиры или дома с помощью дополнительных средств опоры (ходунки, костыли) или с помощью посторонних лиц, надевание и управление протезом затруднено; 2 уровень – ограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид передвигается с помощью протеза по ровной поверхности, без дополнительных средств опоры, продолжительность и дальность ходьбы умеренно ограничены, инвалид может самостоятельно надевать протез, управление протезом среднее; 3 уровень – неограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид может передвигаться на протезе с различной скоростью, без затруднений преодолевая любые препятствия, инвалид в состоянии выполнять значительные физические нагрузки, связанные с нахождением на ногах, для выполнения бытовых или производственных задач, продолжительность и дальность ходьбы в сравнении со здоровыми людьми, ограничена незначительно; 4 уровень – неограниченные возможности передвижения во внешнем мире с повышенными требованиями к протезированию: инвалид уверенно передвигается с помощью протеза, продолжительность и дальность ходьбы не ограничены, отличное управление протезом, вследствие активной эксплуатации протеза и повышенных функциональных потребностей, повышены требования к конструкции протеза (повышенная надежность узлов и их динамическая активность, надежное крепление протеза и увеличенные амортизационные функции).	
	8 ¹ -07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: костной культи (культей) бедра длиной не менее 6 см.	Абсолютные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; двусторонняя нижняя

				параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парапарез; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
	8 ¹ -07-13	Протез при вычленении бедра модульный	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с	Абсолютные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных

		с микропроцессорным управлением, в том числе при недоразвитии конечности	движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие: вычленения в тазобедренном суставе; межподвздошно-брюшной ампутации; гемипельвэктомии; чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см), в том числе атипичной.	покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; двусторонняя нижняя параплегия; выраженный или значительно выраженный нижний парапарез; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом; нарушения поведения,
--	--	--	---	--

				аффективно-волевые, психоподобные нарушения, психопатизация личности; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; наличие эпилептических припадков с нарушениями сознания; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).
	8 ¹ -07-14	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие культы голени на уровне верхней и средней трети.	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и

				метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные, нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности.
Ортопедическая обувь	9 (9-01-01 – 9-02-04)		Ортопедическая обувь подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способность к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности.	
	9-01	Ортопедическая обувь без утепленной подкладки	Ортопедическая обувь без утепленной подкладки подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом климатической зоны проживания, с целью преодоления барьеров, препятствующих получению услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Ортопедическая обувь без утепленной подкладки подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении ортопедической обуви без утепленной подкладки в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Назначение ортопедической обуви инвалидам, детям-инвалидам под номерами 9-01-04, 9-01-05 может быть бессрочно (для детей-инвалидов до достижения возраста 18 лет) через 4 года наблюдения при невозможности устранения патологического состояния.	
	9-01-01	Ортопедическая	Стойкие умеренные,	Относительные медицинские

		обувь сложная без утепленной подкладки (пара)	выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); синдрома диабетической стопы; акромегалии; при использовании туторов.	противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению.
	9-01-02	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности.	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.
	9-01-03	Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)	Стойкие умеренные, выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протезов нижней конечности.	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	9-01-04	Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом.	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.
	9-01-05	Ортопедическая обувь сложная на	Стойкие умеренные, выраженные нарушения	

		аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)	нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность.	
	9-01-06	Вкладной башмачок	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, связанные с ампутацией переднего и среднего отделов стопы.	
	9-02	Ортопедическая обувь на утепленной подкладке	Ортопедическая обувь на утепленной подкладке подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных, в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом климатической зоны проживания, с целью преодоления барьеров, препятствующих получению услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Ортопедическая обувь на утепленной подкладке подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении ортопедической обуви на утепленной подкладке определяется пол инвалида (ребенка-инвалида), вид обуви (туфли, полуботинки, ботинки, полусапоги, сапоги). При назначении ортопедической обуви на утепленной подкладке в зависимости от вида изделия с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Назначение ортопедической обуви инвалидам, детям-инвалидам под номерами 9-02-03, 9-02-04 может быть бессрочно (для детей-инвалидов до достижения возраста 18 лет) через 4 года наблюдения при невозможности устранения патологического состояния.	
	9-02-01	Ортопедическая обувь сложная на утепленной	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы

		подкладке (пара)	связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); синдрома диабетической стопы; акромегалии; при использовании тьюторов.	стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.
	9-02-02	Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности.	Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространенные гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.
	9-02-03	Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом.	
	9-02-04	Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность.	
Противопролежневые матрацы и подушки	10 (10-01-01 – 10-02-03)		Противопролежневые матрацы и подушки подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.	

	10-01	Противопролежневые матрацы	Противопролежневые матрацы подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом невозможности самостоятельного передвижения и самообслуживания и нуждаемости в постоянном постороннем уходе, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Противопролежневые матрацы подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении противопролежневых матрацев с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов противопролежневым матрацем под номерами 10-01 назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности.	
	10-01-01	Противопролежневый матрац полиуретановый	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности.	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	10-01-02	Противопролежневый матрац гелевый		
	10-01-03	Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)		
	10-02	Противопролежневые подушки	Противопролежневые подушки подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, положительной трудовой направленности, выполнения трудовой деятельности, участия в общественной, творческой деятельности,	

			преодоления значимых расстояний в течение дня, занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, длительного пребывания в положении сидя, в том числе при использовании кресла-коляски. Противопролежневые подушки подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении противопролежневых подушек с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов противопролежневой подушкой под номерами 10-02 назначается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности.	
	10-02-01	Противопролежневая подушка полиуретановая	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций при вынужденном сидячем положении с нарушениями иннервации и трофики участков в области костных выступов на теле, которые сдавливаются при длительном сидении.	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	10-02-02	Противопролежневая подушка гелевая		
	10-02-03	Противопролежневая подушка воздушная		
Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов	11 (11-01-01 – 11-01-10)		Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.	
	11-01	Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов	Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию. Приспособления подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких	

			нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
11-01-01	Приспособление для надевания рубашек	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной нервной системы.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей.	
11-01-02	Приспособление для надевания колгот			
11-01-03	Приспособление для надевания носков			
11-01-04	Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц			
11-01-05	Захват активный	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской).		
11-01-06	Захват для удержания посуды			
11-01-07	Захват для открывания крышек			
11-01-08	Захват для ключей			
11-01-09	Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)			
11-01-10	Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания			

Специальная одежда	12 (12-01-01 – 12-01-07)		Специальная одежда подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.	
	12-01	Специальная одежда	Специальная одежда подбирается индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых данных, в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, положительной трудовой направленности, выполнения трудовой деятельности, участия в общественной, творческой деятельности, преодоления значимых расстояний в течение дня, занятий паралимпийскими видами спорта и адаптивной физкультурой и адаптивным спортом, а также при использовании прогулочной креслом-коляской (номер вида 12-01-02), а также малогабаритной креслом-коляской (номер вида 12-01-03, 12-01-04). Специальная одежда подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении специальной одежды с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	12-01-01	Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	12-01-02	Ортопедические брюки	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей при	Медицинские противопоказания отсутствуют.

			использовании кресел-колясок.	
	12-01-03	Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритным и креслами-колясками)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей.	
	12-01-04	Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритным и креслами-колясками)	Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей.	
	12-01-05	Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированная культя верхней конечности).	
	12-01-06	Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированные культы обеих верхних конечностей).	
	12-01-07	Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (деформированные верхние конечности).	
Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения	13 (13-01-01 – 13-01-04)		Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и	

			психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности.	
	13-01	Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения	Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности при возможности осознанного использования полученной информации, с учетом положительной трудовой установки, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности (в том числе в специально созданных условиях (например, возможность полностью или частично работать на дому, номер вида 13-01-02), в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения (в том числе по адаптированным образовательным программам (на дому: номер вида 13-01-02), в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. Возможно одновременное определение специального устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах (номер вида 13-01-01-01) в сочетании с электронным ручным видеоувеличителем (номер вида 13-01-02) и (или) электронным стационарным видеоувеличителем (номер вида 13-01-03), либо только назначение смартфона для слепых и слабовидящих (номер вида 13-01-01-02) без определения нуждаемости в электронных видеоувеличителях (номера видов 13-01-02, 13-01-03). При назначении специальных устройств для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	13-01-01	Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах/	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и	Относительные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени.

		смартфон для слепых и слабовидящих	пороков развития органа зрения.	
	13-01-01-01	Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах,		
	13-01-01-02	Смартфон для слепых и слабовидящих		
	13-01-02	Электронный ручной видеоувеличитель	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1).	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	13-01-03	Электронный стационарный видеоувеличитель	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1).	
	13-01-04	Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат	Стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05-0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	
Собаки-проводники с комплектом	14 (14-01-01)		Собаки-проводники подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений	

снаряжения			жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом (старше 18 лет), положительной трудовой установки, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности (в том числе в специально созданных условиях), в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения (в том числе по адаптированным образовательным программам), в участии в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Собаки-проводники подбираются инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида стойких ограничений жизнедеятельности.	
	14-01-01	Собака-проводник с комплектом снаряжения	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов).	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергические реакции на шерсть собаки; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; эпилептические припадки с отключением сознания; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; выраженные или значительно

			выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; возраст менее 18 лет. Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза; заболевания центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся пароксизмальными состояниями; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; выраженные, значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, эндокринной системы и метаболизма; нарушения слуховых функций IV степени, глухота.
Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом	15 (15-01-01 – 15-01-02)		Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, самостоятельному передвижению, самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности.
	15-01	Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом	Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых,

		социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к ориентации, самостоятельному передвижению, самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, позволяющим осознанно использовать полученную информацию, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении медицинских термометров и тонометров с речевым выходом с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.		
15-01-01	Медицинский термометр с речевым выходом	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0-0,04 с коррекцией). Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.	Относительные медицинские противопоказания: глухота; возраст менее 7 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).	
15-01-02	Медицинский тонометр с речевым выходом	Стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией, в сочетании с установленным диагнозом, связанным с различными нарушениями артериального давления (гипертензия и гипотензия). Полная (тотальная) или	Относительные медицинские противопоказания: глухота; возраст менее 10 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).	

			практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.	
Сигнализаторы звука световые и вибрационные	16 (16-01-01 – 16-01-03)		Сигнализаторы звука световые и вибрационные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности.	
	16-01	Сигнализаторы звука световые и вибрационные	Сигнализаторы звука световые и вибрационные подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности, с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, выполнения трудовой деятельности в условиях специально оборудованного рабочего места, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Сигнализаторы звука световые и вибрационные подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении сигнализаторов звука световых и вибрационных определяется возможность самостоятельной установки при подготовке и во время эксплуатации в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	16-01-01	Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота.	Абсолютные медицинские противопоказания: заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная

				скотома 10 и более градусов. Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).
	16-01-02	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота.	Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).
	16-01-03	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота.	Абсолютные медицинские противопоказания: заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов. Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).
Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления	17 (17-01-01 – 17-01-16)		Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности.	
	17-01	Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления	Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых,	

			социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности, с учетом положительной трудовой направленности, для преодоления барьеров в получении общего и профессионального образования, профессионального обучения, в выполнении трудовой деятельности в условиях специально оборудованного рабочего места, для участия в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности. Слуховые аппараты подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. Специалисты федеральных учреждений медико-социальной экспертизы определяют вид слухопротезирования (моно- или бинауральное) инвалидам как с изолированным нарушением сенсорных функций (слуха), так и с сочетанным нарушением сенсорных функций (зрения и слуха) по заключению специалиста в данной области (врача-сурдолога). Инвалидам, детям-инвалидам с умеренными, выраженными, значительно выраженными нарушениями сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения в сочетании с незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) рекомендуется бинауральное слухопротезирование.	
17-01-01	Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей.	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового анализатора.	
17-01-02	Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых.		
17-01-03	Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1) в сочетании с стойкими незначительными, умеренными		
17-01-04	Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности			
17-01-05	Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный			

	17-01-06	Слуховой аппарат цифровой заушный мощный	нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых.		
	17-01-07	Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности			
	17-01-08	Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности			
	17-01-09	Слуховой аппарат карманный супермощный			
	17-01-10	Слуховой аппарат карманный мощный			
	17-01-11	Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования			
	17-01-12	Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей. Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых. Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых.		
	17-01-13	Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности			
	17-01-14	Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности			
	17-01-15	Слуховой аппарат	Стойкие умеренные,		Относительные медицинские

		костной проводимости (неимплантируемый)	выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей; стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) (у взрослых и детей) вследствие: заболеваний, последствий травм, аномалий развития органов слуха (двусторонняя врожденная атрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода); разрушения цепи косточек среднего уха, не поддающегося хирургической коррекции после нескольких радикальных операций на среднем ухе; генетических синдромов, при которых имеется двусторонняя аномалия или микротия (стеноз или атрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие); рецидивирующие воспалительные заболевания в наружном слуховом проходе, злокачественный наружный отит, невозможность использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми рецидивирующими гнойными выделениями), двусторонний отосклероз и тимпаносклероз.	противопоказания: прогрессирующая потеря слуха; односторонняя или асимметричная тугоухость; кохлеовестибулярный синдром.
	17-01-16	Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании со стойкими незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей. Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) у	Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании – наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое ухо), наличие преимущественно ретрокохлеарного поражения слухового анализатора.

			детей и взрослых. Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1) в сочетании со стойкими незначительными умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей и взрослых.	
Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами	18 (18-01-01)		Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, при отсутствии развитой информационной инфраструктуры, принимая во внимание характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий), осуществления досуговой деятельности, осознанного использования полученной информации, в том числе при сформированных (формирующихся) навыков автоматизированного чтения (формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом). Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами определяется диагональ экрана изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	18-01-01	Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов);

				абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.
Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом	19 (19-01)		Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, ориентации, обучению, трудовой деятельности, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности, для участия в общественной, творческой деятельности, в процессе осуществления досуговой деятельности, при осознанном использовании полученной информации (формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом). Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степени выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 раздела 1 настоящего Перечня, с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении телефонного устройства с функцией видеосвязи, навигацией и с текстовым выходом с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	19-01-01	Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом	Стойкие умеренные нарушения сенсорных функций (слуха) и глухота.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.
Голосообразующие аппараты	20 (20-01-01)		Голосообразующие аппараты подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих	

			возможных ограничений жизнедеятельности: способности к общению, обучению, трудовой деятельности, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, выполнения трудовой деятельности, участия в общественной, творческой деятельности. Голосообразующие аппараты подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования технического средства реабилитации в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. Эффективность использования голосообразующего аппарата оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний по истечении срока пользования.	
	20-01-01	Голосообразующий аппарат	Стойкие умеренные нарушения языковых и речевых функций (голосовой функции) вследствие заболеваний, врожденных аномалий, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани.	Абсолютные медицинские противопоказания: глухонмота; бульбарный синдром. Относительные медицинские противопоказания: воспалительный процесс в области трахеостомы; заболевания легких с выраженными нарушениями функции дыхательной системы.
Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)	21 (21-01-01 – 21-01-45)		Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, трудовой деятельности.	
	21-01	Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)	Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, трудовой деятельности, с учетом получения общего и профессионального образования, профессионального обучения, положительной трудовой направленности, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности, для участия в общественной, творческой деятельности, в преодолении значимых расстояний в течение дня (номер вида 21-01-15, 21-01-21), при занятиях адаптивной физической культурой и	

			адаптивным спортом, в процессе осуществления досуговой деятельности, необходимости проведения санитарно-гигиенических процедур (номер вида 21-01-29 – 21-01-36). Специальные средства при нарушениях функций выделения подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении уропрезервативов (номера видов 21-01-18, 21-01-19) при наличии медицинских показаний допускается определение нужды в абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида 22-01), не более 1 изделия в сутки. При назначении инвалидам, детям-инвалидам мужского пола с поражением спинного мозга специальных средств при нарушениях функций выделения, использующих уропрезервативы, учитывается характер нарушения функций тазовых органов, в том числе наличие сочетанных нарушений функции нижних мочевыводящих путей (недержание мочи и задержка мочи), с учетом заключения медицинской организации допускается одновременное назначение уропрезервативов (номера видов 21-01-18, 21-01-19), катетеров (номера видов 21-01-20, 21-01-21), анальных тампонов (номер вида 21-01-27) (при стойкой задержке стула не более 1 анального тампона в сутки), абсорбирующего белья (простынь-пеленка), подгузников (номер вида 22-01) (не более 1 изделия в сутки (при использовании уропрезервативов). При назначении инвалидам, детям-инвалидам с нарушением мочевыделительной функции (задержка мочи) возможно сочетание катетеров для самокатетеризации лубрицированных (номер вида 21-01-20) и наборов-мочеприемников для самокатетеризации (номер вида 21-01-21) (при необходимости катетеризации 6 раз в сутки, что эквивалентно средней норме частоты мочеиспускания здорового человека). С учетом заключения медицинской организации при задержке мочи возможно назначение менее 6 используемых специальных средств в сутки. При наличии медицинских показаний специальные средства при нарушениях функций выделения под номерами с 21-01-43 по 21-01-45 назначаются детям-инвалидам в возрасте от 0 до 1 года. Детям-инвалидам старше 1 года назначение определяется по заключению врача – специалиста медицинской организации. При назначении специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Специальные средства при нарушениях функций выделения инвалидам, детям-инвалидам могут назначаться инвалидам бессрочно (для детей-инвалидов до достижения возраста 18 лет) через 2 года наблюдения при невозможности устранения патологического состояния. Катетеры под номерами 21-01-20 и 21-01-20¹ при наличии медицинских показаний назначаются инвалидам и детям-инвалидам по заключению врача-специалиста медицинской организации.
--	--	--	--

	21-01-01	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке.	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования.
	21-01-02	Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования.
	21-01-03	Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым.	Абсолютные медицинские противопоказания: еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым; колостома при наличии парастомальной грыжи, перистомальных кожных осложнений.
	21-01-04	Однокомпонентный недренируемый калоприемник с фильтром со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы).	
	21-01-05	Однокомпонентный дренируемый уростомный приемник со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы).	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура уростомы при необходимости ее бужирования.

	21-01-06	Однокомпонентный дренажный уростомный со встроенной конвексной пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочеиспускательной функции, обусловленные наличием уростомов при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).	
	21-01-07	Двухкомпонентный дренажный калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренажный	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием: еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полужидким кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области.	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем).
	21-01-08	Двухкомпонентный дренажный калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренажный	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полужидким кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).	
	21-01-09	Двухкомпонентный недренажный калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренажный с фильтром	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полужидким кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области.	
				Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ. Относительные медицинские противопоказания: колостома с оформленным или полужидким кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем).

	21-01-10	Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый с фильтром	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).	Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ.
	21-01-11	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостома).	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для уроприемников с жестким фланцем).
	21-01-12	Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).	
	21-01-13	Пояс для калоприемников и уроприемников	Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными пластинами.	
	21-01-14	Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы.	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома и колостома с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым.
	21-01-15	Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции со стороны кожи.

	21-01-16	Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной	уростомы, нефростомы, цистостомы, уретерокутанеостомы, илеального кондуита. Недержание, задержка мочи, корректируемые с помощью использования уропрезерватива и уретральных катетеров длительного и постоянного пользования.	
	21-01-17	Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге	Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме, нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостома, недержании мочи, корректируемых с помощью уропрезерватива.	
	21-01-18	Уропрезерватив с пластырем	Недержание мочи у мужчин.	
	21-01-19	Уропрезерватив самоклеящийся		
	21-01-20	Катетер для самокатетеризации и лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)	Задержка мочи, континентная уростомы с резервуаром	Абсолютные медицинские противопоказания: острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; травма уретры; стриктура уретры.
	21-01-20 ¹	Катетер для самокатетеризации и лубрицированный (с незафиксированным гидрофильным покрытием)	Задержка мочи, континентная уростомы с резервуаром	
	21-01-21	Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации	Задержка мочи.	
	21-01-22	Катетер уретральный	При полной или частичной неспособности	

		длительного пользования	самостоятельного опорожнения мочевого пузыря.	
	21-01-23	Катетер уретральный постоянного пользования		
	21-01-24	Катетер для эпицистостомы	Эпицистома	
	21-01-25	Система (с катетером) для нефростомии	Нефростома	
	21-01-26	Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы	Уретерокутанеостома	
	21-01-27	Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)	Инконтиненция (недержания кала) (I-II степени), недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая.	Абсолютные медицинские противопоказания: тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера; кишечные инфекции; воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит); раны анального канала; ректальные свищи; диарея; инконтиненция тяжелой степени (III степень).
	21-01-28	Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому	Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога.	Абсолютные медицинские противопоказания: стриктура сигмостомы; дивертикулез ободочной кишки; воспалительные заболевания толстой кишки; сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации (при неэффективности использования медикаментозных и немедикаментозных методов). Относительные медицинские противопоказания: диарея; нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие

				безопасному проведению ирригации.
21-01-29	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г	Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Неровности и кожные осложнения в перистомальной области.	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей: наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.	
21-01-30	Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г	Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке. Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные осложнения.		
21-01-31	Крем защитный в тубе, не менее 60 мл	Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы.		
21-01-32	Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г	Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи.		
21-01-33	Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а также при недержании мочи или кала для защиты кожи от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой, защиты кожи перистомальной области или промежности от механических повреждений.		
21-01-34	Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт			
21-01-35	Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при недержании мочи или кала для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности.		
21-01-36	Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт			
21-01-37	Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме.	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлено средство.	
21-01-38	Абсорбирующие	При илеостоме для сгущения		

		желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт	кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке.	
	21-01-39	Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт	Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уростома, расположенная в неудобном для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки.	
	21-01-40	Адгезивная пластина - кожный барьер	При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах.	
	21-01-41	Защитные кольца для кожи вокруг стомы	Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностоме и кишечных свищах.	
	21-01-42	Тампон для стомы	Колостома (сигмостома) при оформленном кишечном отделяемом.	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома, уростома, еюностома; кишечные свищи; жидкое кишечное отделяемое; склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме.
	21-01-43	Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке.	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования, возраст старше 1 года.
	21-01-44	Однокомпонентный дренируемый уроприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы).	Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура уростомы при необходимости бужирования, возраст старше 1 года.

		пластиной		
	21-01-45	Двухкомпонентный дренажный калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренажный	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области.	Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области (втянутость или неровность), парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем), возраст старше 1 года.
Абсорбирующее белье, подгузники	22 (22-01-01 – 22-01-18)		Абсорбирующее белье, подгузники подбираются инвалидам (детям-инвалидам) индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.	
	22-01	Абсорбирующее белье, подгузники	Абсорбирующее белье, подгузники подбираются инвалидам (детям-инвалидам) индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, принимая во внимание необходимость проведения санитарно-гигиенических процедур. Абсорбирующее белье, подгузники подбираются инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении подгузников для детей весом от 30 кг и выше назначаются подгузники под номерами видов с 22-01-04 по 22-01-13 с учетом объема талии/бедер. При назначении абсорбирующего белья, подгузников для детей под номерами видов 22-01-01, 22-01-02, 22-01-03, 22-01-14, 22-01-15, 22-01-16, 22-01-17, 22-01-18, с учетом наличия медицинских показаний и отсутствия медицинских противопоказаний, количество впитывающих простыней (пеленок) и (или) подгузников определяется в зависимости от возраста ребенка: от 0 до 3 лет – не более 8 часов (не более 3 изделий в сутки), от 4 до 7 лет – не более 6 часов (не более 4 изделий в сутки), от 8 до 18 лет – не более 5 часов (не более 5 изделий в сутки). Назначение абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки), подгузников для детей возможно в сочетании (например, впитывающая простынь	

			(пеленка) и подгузник), либо только одно наименование (например, либо впитывающие простыни (пеленки), либо подгузники). При назначении абсорбирующего белья, подгузников для детей весом свыше 30 кг под номерами видов с 22-01-01 по 22-01-13 суммарное суточное количество впитывающих простыней (пеленок) и подгузников определяется в зависимости от возраста. С учетом заключения медицинской организации, при необходимости, возможно назначать инвалидам подгузники для детей. При назначении абсорбирующего белья, подгузников с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. Абсорбирующее белье, подгузники под номерами с 22-01-01 по 22-01-18 инвалидам, детям-инвалидам могут назначаться инвалидам бессрочно (для детей-инвалидов до достижения возраста 18 лет) через 2 года наблюдения при невозможности устранения патологического состояния.	
22-01-01	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной системы и/или мочевыделительной функции вследствие заболеваний, последствий травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой и пищеварительной систем.	Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия.	
22-01-02	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)			
22-01-03	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)			
22-01-04	Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г			

	22-01-05	Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г		
	22-01-06	Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г		
	22-01-07	Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г		
	22-01-08	Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г		
	22-01-09	Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г		
	22-01-10	Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г		
	22-01-11	Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с		

		полным влагопоглощение м не менее 2000 г		
	22-01-12	Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем тали/бедер до 175 см), с полным влагопоглощение м не менее 1450 г		
	22-01-13	Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем тали/бедер до 175 см), с полным влагопоглощение м не менее 2800 г		
	22-01-14	Подгузники для детей весом до 5 кг		
	22-01-15	Подгузники для детей весом до 6 кг		
	22-01-16	Подгузники для детей весом до 9 кг		
	22-01-17	Подгузники для детей весом до 20 кг		
	22-01-18	Подгузники для детей весом свыше 20 кг и до 30 кг включительно		
Кресла-стулья с санитарным оснащением	23 (23-01-01 – 23-01-04)		Кресла-стулья с санитарным оснащением подбираются инвалидам (детям-инвалидам) индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.	
	23-01	Кресла-стулья с санитарным оснащением	Кресла-стулья с санитарным оснащением подбираются инвалидам (детям-инвалидам) индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений	

			жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию, с учетом необходимости проведения санитарно-гигиенических процедур, условий проживания (неблагоустроенное домовладение), а также характеристику семьи и ближайшего окружения (одинокий). Кресло-стул с санитарным оснащением подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида и ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. При наличии медицинских показаний выбирается одно наименование, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида и ребенка-инвалида стойкие ограничения жизнедеятельности. При назначении кресел-стульев с санитарным оснащением с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня.	
	23-01-01	Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.
	23-01-02	Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)	(статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы.	
	23-01-03	Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному

		грузоподъемност и (без колес)	(статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы.	снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.
	23-01-04	Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии.	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.
Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа	23 ¹ (23 ¹ -01-01 – 23 ¹ -01-02)		Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации в следующих возможных ограничениях жизнедеятельности: в способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности.	
	23 ¹ -01	Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного	Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подбираются индивидуально в ходе проведения экспертно-реабилитационной диагностики исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений	

		доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов	жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации в следующих возможных ограничениях жизнедеятельности: в способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности. При назначении брайлевского дисплея принимается во внимание молодой и средний возраст, дети-инвалиды старше 6 лет, высокая реабилитационная направленность (мотивация) к обучению и к трудовой деятельности с целью достижения максимально возможной самостоятельности и самореализации, а также учитывается осознанное использование полученной информации и сформированные (формирующиеся) навыки владения шрифтом Брайля (код 23¹-01-01). Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подбираются с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, стойких ограничений жизнедеятельности. При назначении брайлевского дисплея, программного обеспечения экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов с учетом индивидуального подбора определяются технические решения, в том числе специальные и конструктивные особенности и параметры изделия в соответствии с разделом 2 настоящего Перечня. При отсутствии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля назначается программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с комбинированным нарушением сенсорных функций (зрения и слуха), а также инвалидов и детей-инвалидов с нарушением сенсорных функций (зрения), так как данное программное обеспечение может быть использовано для озвучивания визуальной информации.	
23 ¹ -01-01	Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов, в том числе детей-инвалидов: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха); стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05-0,1) в сочетании с	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения), возраст менее 6 лет у детей-инвалидов с нарушением сенсорных функций (зрения)	

			глухотой. Нарушение сенсорных функций (зрения) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза) с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля.	
	23 ¹ -01-02	Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов	Комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у инвалидов, в том числе детей-инвалидов: полная (тотальная) или практическая слепоглухота; стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха). Нарушение сенсорных функций (зрения) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза) с учетом возможности осознанного использования.	
Вспомогательные электронные	23 ² (23 ² -01)		Вспомогательные электронные средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения	

средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом			категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом подбираются индивидуально, исходя из комплексной оценки имеющихся у инвалида ограничений жизнедеятельности (состояния организма), вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных в целях компенсации в следующих возможных ограничениях жизнедеятельности: в способности к ориентации, общению, обучению, трудовой деятельности, с учетом навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом, положительной трудовой направленности, для преодоления барьеров в выполнении трудовой деятельности, получении общего и профессионального образования, профессионального обучения, для участия в общественной, творческой деятельности, в преодолении значимых расстояний в течение дня, в процессе осуществления досуговой деятельности, с учетом осознанного использования полученной информации. Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом подбирается инвалиду и ребенку-инвалиду исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений сенсорных функций (зрения) или комбинированных нарушений сенсорных функций (зрения и слуха) с учетом условий использования в целях компенсации имеющихся у ребенка-инвалида стойких ограничений жизнедеятельности. Эффективность использования вспомогательного электронного средства ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом оценивается при определении медицинских показаний и противопоказаний по истечении срока пользования.	
	23 ² -01-01	Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом для инвалидов и детей-инвалидов	Нарушение сенсорных функций (зрения) у инвалидов и детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0-0,04; концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза менее 10°; центральные абсолютные скотомы более 10° лучше видящего или единственного глаза); стойкие выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией:	Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения), возраст менее 10 лет

			0,05-0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения лучше видящего или единственного глаза от 19° до 10° включительно; центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза менее 10°, но более 5°; комбинированное нарушение сенсорных функций (зрения и слуха) у детей-инвалидов: стойкие значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени при возможности компенсации нарушений слуха.	
--	--	--	--	--

Раздел 2. Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технических средств реабилитации, используемые в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов

Технические решения, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации		Допустимые значения технических решений, конструктивных особенностей и параметров технического средства реабилитации		Особенности применения
Код	Наименование	Код	Параметры	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-01 «Трость опорная» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 1,5	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-24
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25-50	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-04, с 6-01-09 по 6-01-12; с 6-01-17 по 6-01-20
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций 6-01-01 по 6-01-24.
		3.2	25	
		3.3	35	Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
	3.10	Более 150		
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 900	Применяется для позиций с 6-01-01 по 6-01-08. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
		4.2	350-1100	Применяется для позиций с 6-01-09 по 6-01-24. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
		4.2.1	350-550	
		4.2.2	450-650	
		4.2.3	550-750	
		4.2.4	650-850	
		4.2.5	750-950	

		4.2.6	850-1100	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-02 «Трость тактильная» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 0,5	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25-50	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
3	Высота изделия, мм	3.1	1000-1500	Применяется для позиций с 6-02-01 по 6-02-02
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-03 «Трость белая опорная» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 1,5	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25-50	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя.
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	
		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 900	Применяется для позиций с 6-03-01 по 6-03-04
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-04 «Костыли» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Масса изделия, кг	1.1	До 3	Применяется для позиций 6-04-05, 6-04-06
2	Ширина рукоятки, мм	2.1	25-50	Применяется для позиций с 6-04-01 по 6-04-06
3	Максимальная допустимая нагрузка, кг	3.1	15	Применяется для позиций с 6-04-01 по 6-04-06. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя.
		3.2	25	
		3.3	35	
		3.4	45	
		3.5	60	
		3.6	80	

		3.7	100	
		3.8	125	
		3.9	150	
		3.10	Более 150	
4	Высота изделия, мм	4.1	В пределах 1200	Применяется для позиций с 6-04-05 по 6-04-06
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-05 «Опора в кровать» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Шаг между ступенями, см	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-01
2	Максимальная нагрузка (не менее, кг)	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 6-05-01, 6-05-02. Индивидуальный подбор в зависимости от веса пользователя
3	Общая длина изделия, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-01
4	Ширина, см	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 6-05-02
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-06 «Опора для ползания для детей-инвалидов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции с 6-06-01 по 6-06-01
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Толщина настила или модуля, мм	3.1	Не менее 25	
4	Регулируемые по длине ремни для фиксации туловища	4.1	Наличие	
5	Ширина ремней для фиксации туловища, мм	5.1	Не менее 30	
6	Параметры измерения для подбора размерного ряда	6.1	Расстояние от стопы до груди	
		6.2	Расстояние от стопы до колена	
		6.3	Расстояние от стопы до промежности	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-07 «Опора для сидения для детей-инвалидов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции с 6-07-01 по 6-07-01

2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Ширина сидения, см	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Глубина сидения, см	4.1	Индивидуальный подбор	
5	Высота сидения, см	5.1	Индивидуальный подбор	
6	Высота подножки, см	6.1	Индивидуальный подбор	
7	Абдуктор	7.1	Наличие	
8	Возможность перевода опоры в положение стоя	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Возможность перевода опоры в положение лежа	9.1	Наличие	
		9.2	Отсутствие	
10	Спинка с боковыми упорами для фиксации головы	10.1	Наличие	
		10.2	Отсутствие	
11	Столик	11.1	Съемный	
		11.2	Несъемный	
12	Подлокотники	12.1	Съемные	
		12.2	Несъемные	
13	Регулировка угла наклона спинки	13.1	Наличие	
14	Регулировка угла наклона подножки для стоп	14.1	Наличие	
15	Регулировка угла наклона столика	15.1	Наличие	
16	Толщина настила или модуля, мм	16.1	Не менее 25	
17	Регулируемые по длине ремни для фиксации голеней	17.1	Наличие	
		17.2	Отсутствие	
18	Ширина ремней для фиксации голеней, мм	18.1	Не менее 30	
19	Регулируемые по длине ремни для фиксации грудных отделов пользователя	19.1	Наличие	
		19.2	Отсутствие	
20	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	20.1	Не менее 30	
21	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	21.1	Наличие	
		21.2	Отсутствие	
22	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	22.1	Не менее 30	

23	Регулируемые по длине ремни для фиксации стоп	23.1	Наличие	
		23.2	Отсутствие	
24	Ширина ремней для фиксации стоп, мм	24.1	Не менее 30	
25	Параметры измерения для подбора размерного ряда	25.1	Расстояние от стопы до груди	
		25.2	Расстояние от стопы до колена	
		25.3	Расстояние от стопы до промежности	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-08 «Опора для лежания для детей-инвалидов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции с 6-08-01 по 6-08-01
2	Вес пользователя	2.1	Индивидуальный подбор	
3	Ширина сиденья	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Толщина настила или модуля, мм	4.1	Не менее 25	
5	Регулируемые по длине ремни для фиксации грудных отделов пользователя	5.1	Наличие	
		5.2	Отсутствие	
6	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	6.1	Не менее 30	
7	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	8.1	Не менее 30	
9	Параметры измерения для подбора размерного ряда	9.1	Расстояние от стопы до груди	
		9.2	Расстояние от стопы до колена	
		9.3	Расстояние от стопы до промежности	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-09 «Опора для стояния для детей-инвалидов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиции с 6-09-01 по 6-09-01
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Регулировка угла наклона опоры	3.1	Наличие	
		3.2	Отсутствие	
4	Положение наклона опоры	4.1	Вперед	
		4.2	Назад	

5	Дополнительные характеристики опоры	4.3	Вперед и назад – комбинированный	
		5.1	Регулировка угла наклона	
		5.2	Подголовник	
		5.3	Держатель спинки	
		5.4	Подлокотники	
		5.5	Абдуктор и/или разделитель для ног	
		5.6	Боковые упоры для груди	
		5.7	Упоры для коленей	
		5.8	Упор для таза	
		5.9	Подножки	
		5.10	Ремень для груди	
		5.11	Ремень для таза	
		5.12	Столик	
6	Спинка	6.1	Наличие	
		6.2	Отсутствие	
7	Спинка с боковыми упорами для фиксации головы	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Возможность перевода опоры в положение стоя	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Столик	9.1	Съемный	
		9.2	Несъемный	
10	Толщина настила или модуля, мм	10.1	Не менее 25	
11	Регулируемые по длине ремни для фиксации голеней	11.1	Наличие	
		11.2	Отсутствие	
12	Ширина ремней для фиксации голеней, мм	12.1	Не менее 30	
13	Регулируемые по длине ремни для фиксации грудных отделов пользователя	13.1	Наличие	
		13.2	Отсутствие	
14	Ширина ремней для фиксации грудных отделов пользователя, мм	14.1	Не менее 30	
15	Регулируемые по длине ремни для фиксации тазобедренных отделов пользователя	15.1	Наличие	
		15.2	Отсутствие	

16	Ширина ремней для фиксации тазобедренных отделов пользователя, мм	16.1	Не менее 30	
17	Регулируемые по длине ремни для фиксации стоп	17.1	Наличие	
		17.2	Отсутствие	
18	Ширина ремней для фиксации стоп, мм	18.1	Не менее 30	
19	Регулируемые по длине ремни для фиксации ног в области колен	19.1	Наличие	
		19.2	Отсутствие	
20	Функция abduction (изолированное разведение ног)	20.1	Наличие	
		20.2	Отсутствие	
21	Параметры измерения для подбора размерного ряда	21.1	Расстояние от стопы до груди	
		21.2	Расстояние от стопы до колена	
		21.3	Расстояние от стопы до промежности	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-10 «Ходунки» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 6-10-01 по 6-10-06
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Длина изделия, см	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Ширина изделия, см	4.1	Индивидуальный подбор	
5	Высота изделия, см	5.1	Индивидуальный подбор	
6	Ширина рукоятки	6.1	Не менее 20 мм и не более 50 мм	
		6.2	Не более 30 мм	
7	Стояночный тормоз	7.1	Наличие	
		7.2	Отсутствие	
8	Регулировка по высоте	8.1	Наличие	
		8.2	Отсутствие	
9	Шаг регулировки по высоте	9.1	Не более 25 мм	
10	Наконечник для предотвращения скольжения	10.1	Наличие	
		10.2	Отсутствие	

11	Диаметр наконечника	11.1	Не менее 35 мм	
		11.2	Не менее 25 мм	
12	Расстояние между поручнями	12.1	Индивидуальный подбор	
13	Сиденье для отдыха	13.1	Наличие	
		13.2	Отсутствие	
14	Рабочий (ручной) тормоз	14.1	Наличие	
		14.2	Отсутствие	
15	Регулировка угла наклона опоры	15.1	Наличие	
		15.2	Отсутствие	
16	Расстояние между подлокотниками	16.1	Индивидуальный подбор	
17	Поддерживающие трусики	17.1	Наличие	
		17.2	Отсутствие	
18	Антиреверсный механизм	18.1	Наличие	
		18.2	Отсутствие	
19	Подлокотники	19.1	Наличие	
		19.2	Отсутствие	
20	Разделитель для ног	20.1	Наличие	
		20.2	Отсутствие	
21	Фиксатор голеностопного сустава	21.1	Наличие	
		21.2	Отсутствие	
22	Фиксатор таза	22.1	Наличие	
		22.2	Отсутствие	
23	Фиксатор грудного отдела	23.1	Наличие	

		23.2	Отсутствие	
24	Фиксатор голени	24.1	Наличие	
		24.2	Отсутствие	
25	Фиксатор прямого хода колес	25.1	Наличие	
		25.2	Отсутствие	
26	Рукоятки с регулировкой по высоте и глубине установки	26.1	Наличие	
		26.2	Отсутствие	
27	Уровень функциональной активности по GMFCS ¹	27.1	3 уровень	Применяется для позиций с 6-10-06-01 по 6-10-06-04
		27.2	4 уровень	
		27.3	5 уровень	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 6-11 «Поручни (перила) для самоподнимания» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Диаметр (для поручней круглого сечения), мм	1.1	Не менее 30 мм	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02 (поручни для детей)
		1.2	Не более 50 мм	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02 (поручни для взрослых)
2	Толщина (для поручней прямоугольного сечения), мм	2.1	От 25 до 30 мм	Применяется для позиций 6-11-01,6-11-02
3	Длина, см	3.1	Длина 30/40/60/70/80/100 см	Применяется для позиций 6-11-01, 6-11-02. Индивидуальный подбор в зависимости от места прикрепления
		3.2	Одно или несколько из вышеперечисленных значений по предпочтению инвалида. Индивидуальный подбор	

¹¹ Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее – GMFCS).

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 7 (7-01-01 – 07-05-01) «Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные» раздела 1 настоящего Перечня

1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-05-01
3	Ширина сиденья, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
4	Глубина сиденья, см	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
5	Высота подножки, см	5.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
6	Высота подлокотника, см	6.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
7	Вид сиденья	7.1	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
		7.2	Жесткое	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-02-04, с 7-04-01 по 7-04-02
8	Вид спинки	8.1	С регулируемым углом наклона	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
		8.2	Откидная	
		8.3	Жесткая	
9	Вид подлокотников	9.1	Регулируемые по высоте	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
10	Вид подножки	10.1	Регулирующаяся по высоте	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-04-02
		10.2	С регулируемым углом наклона	
		10.3	С регулируемой опорой стопы	
11	Приспособления	11.1	Подголовник	Применяется для позиций с 7-01-01 по 7-02-04, с 7-04-01 по 7-04-02
		11.2	Боковые опоры для головы	
		11.3	Боковые опоры для тела	
		11.4	Поясничный валик	
		11.5	Валик или ремень для сохранения зазора между ногами	
		11.6	Держатели для ног	
		11.7	Ремень для пятки	
		11.8	Нагрудный ремень	
		11.9	Поясной ремень	
		11.10	Подголовник	Применяется для позиции 7-03-01
		11.11	Боковые опоры для тела	
		11.12	Поясничный валик	
		11.13	Держатели для ног	
		11.14	Нагрудный ремень	

		11.15	Поясной ремень	
12	Электрический способ регулировки угла наклона спинки	12.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02
		12.2	Отсутствие	
13	Электрический способ регулировки угла наклона сиденья	13.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02
		13.2	Отсутствие	
14	Электрический способ регулировки угла наклона подножки	14.1	Наличие	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02
		14.2	Отсутствие	
15	Вид привода	15.1	Передний	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02
		15.2	Задний	
		15.3	Центральный	
16	Альтернативные виды управления	16.1	Головой	Применяется для позиций с 7-04-01 по 7-04-02
		16.2	Подбородком	
		16.3	Пальцем руки	
		16.4	Культей руки	
		16.5	Ногой	
		16.6	Иные альтернативные виды управления (указать какие)	
17	Уровень функциональной активности по GMFCS	17.1	3 уровень	Применяется для позиций 7-01-02, 7-02-02
		17.2	4 уровень	
		17.3	5 уровень	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-01-01 «Протез пальца косметический» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Концевая фаланга	
		1.1.2	Средняя фаланга	
		1.1.3	Основная фаланга	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
		1.3	Состояние культи	
1.3.2	Малофункциональная			
1.3.3	Нефункциональная			

1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное
		1.4.2	Повторное
2	Протез пальца косметический		
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Протез концевой фаланги пальца
		2.1.2	Протез средней и концевой фаланг пальца
		2.1.3	Протез основной, средней и концевой фаланг пальца
2.2	Функциональные особенности	2.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта
2.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента), вариант исполнения	2.3.1	Полый
		2.3.2	Заполненный композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя
2.4	Комплектность	2.4.1	Блок из 5 пальцев
		2.4.2	Блок из 4х пальцев
		2.4.3	Блок из 3х пальцев
		2.4.4	Блок из 2х пальцев
		2.4.5	1 протез пальца
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технич для позиции 8-01-01 ¹ «Протез пальца активный (механический/тяговый)» разде			
1.	Функционально – антропометрические данные		
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Средняя фаланга
		1.1.2	Основная фаланга
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Большой палец
		1.2.2	Указательный палец
		1.2.3	Средний палец
		1.2.4	Безымянный палец
		1.2.5	Мизинец
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная
		1.3.2	Малофункциональная
		1.3.3	Нефункциональная
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное
		1.4.2	Повторное

2.	Протез пальца активный (механический, тяговый)		
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Протез средней и концевой фаланг пальца
		2.1.2	Протез основной, средней и концевой фаланг пальца
2.2	Назначение	2.2.1	Схват и удержание предметов
2.2	Функциональные особенности	2.3.1	Активная фиксация
		2.3.2	Пассивная (ступенчатая) фиксация
2.3	Комплектность	2.3.1	Блок из 5 пальцев
		2.3.2	Блок из 4х пальцев
		2.3.3	Блок из 3х пальцев
		2.3.4	Блок из 2х пальцев
		2.3.5	1 протез пальца
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-01-02 «Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти» раздела 1 настоящего Перечня			
1.	Функционально-антропометрические данные		
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца

1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	
		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы кисти на любом уровне	
		1.2.1	Большой палец	
		1.2.2	Указательный палец	
		1.2.3	Средний палец	
		1.2.4	Безымянный палец	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2.	Приемная гильза (при необходимости)			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3.	Кисть косметическая			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Кисть косметическая	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
3.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.3.1	Косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого	

			сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя	
3.4	Комплектность	3.4.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-01-03 «Протез предплечья косметический» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи предплечья на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.1.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.1.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть косметическая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть косметическая	

4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-01-04 «Протез плеча косметический» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
1.2.2		Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча		
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	

2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.1.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.1.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть косметическая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть косметическая	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.3	Шины локтевого шарнира	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	

7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)
		7.2.2	Индивидуальное
		7.2.3	Замок полимерного чехла

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-02-01 «Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти» раздела 1 настоящего Перечня

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	
		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	

		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой;	
		1.2.2	Указательный;	
		1.2.3	Средний;	
		1.2.4	Безымянный;	
		1.2.5	мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Приемник для насадок			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемник для насадок	
4	Насадка рабочая			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Насадка рабочая пассивная	
		4.1.2	Насадка рабочая активная	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		4.2.2	Выполнение трудовых операций	
		4.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		4.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
4.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	4.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д.	

5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		5.2.2	Манжета на предплечье	
		5.2.3	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-02-02 «Протез предплечья рабочий» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально – антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи предплечья на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.1.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.1.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4.	Приемник для насадок			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Приемник для насадок	
5	Насадка рабочая			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Насадка рабочая пассивная	
		5.1.2	Насадка рабочая активная	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		5.2.2	Выполнение трудовых операций	
		5.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		5.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
5.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	5.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д.	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-02-03 «Протез плеча рабочий» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	

1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.1.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.1.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4.	Приемник для насадок			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Приемник для насадок	
5	Насадка рабочая			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Насадка рабочая пассивная	
		5.1.2	Насадка рабочая активная	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
		5.2.2	Выполнение трудовых операций	
		5.2.3	Осуществление самообслуживания в быту	
		5.2.4	Для занятий физкультурой и спортом	
5.3	Комплектность (детализация предназначения модуля)	5.3.1	Отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д.	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	

		6.2.3	Шины локтевого шарнира	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Индивидуальное	
		7.2.3	Замок полимерного чехла	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-03-01 «Протез кисти активный (тяговый)», в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	
		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	

		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой;	
		1.2.2	Указательный;	
		1.2.3	Средний	
		1.2.4	Безымянный	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза (при необходимости)			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Искусственная кисть активная			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Искусственная кисть активная	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Обеспечивает хват и удержание предметов	
3.3	Комплектность	3.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		3.3.2	Искусственная кисть активная	
4	Крепление			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Крепление	

4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		4.2.2	Манжета на предплечье	
		4.2.3	Крепление индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-03-02 «Протез предплечья активный (тяговый)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально – антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
		1.1.4	Вычленение на уровне лучезапястного сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы предплечья на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.1.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.1.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Защита культы при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть активная			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть активная	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		4.3.2	Искусственная кисть активная	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
		5.2.3	Вращение в лучезапястном узле	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на плечо	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-03-03 «Протез плеча активный (тяговый)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	

1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.1.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.1.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.2	Функциональные особенности	3.2.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть активная			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть активная	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть активная и косметическая оболочка	
		4.3.2	Искусственная кисть активная	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию	
		5.2.3	Вращение в лучезапястном узле	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	

		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Шины локтевого шарнира	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8¹-04-01 «Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Уровень головки проксимальной фаланги I пальца	
		1.1.2	Уровень головки проксимальной фаланги II пальца	
		1.1.3	Уровень головки проксимальной фаланги III пальца	
		1.1.4	Уровень головки проксимальной фаланги IV пальца	
		1.1.5	Уровень головки проксимальной фаланги V пальца	
		1.1.6	Вычленение в пястно-фаланговом суставе I пальца	
		1.1.7	Вычленение в пястно-фаланговом суставе II пальца	
		1.1.8	Вычленение в пястно-фаланговом суставе III пальца	
		1.1.9	Вычленение в пястно-фаланговых суставах IV пальца	
		1.1.10	Вычленение в пястно-фаланговом суставе V пальца	

		1.1.11	I пястная кость	
		1.1.12	II пястная кость	
		1.1.13	III пястная кость	
		1.1.14	IV пястная кость	
		1.1.15	V пястная кость	
		1.1.16	Лучезапястный сустав	
		1.1.17	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы кисти на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание)	1.2.1	Большой;	
		1.2.2	Указательный;	
		1.2.3	Средний;	
		1.2.4	Безымянный;	
		1.2.5	Мизинец	
		1.2.6	I пястная кость	
		1.2.7	II пястная кость	
		1.2.8	III пястная кость	
		1.2.9	IV пястная кость	
		1.2.10	V пястная кость	
		1.2.11	Кости запястья	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Обеспечивает схват и удержание предметов	
4.3	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.3.1	С 5-ю пальцами	
		4.3.2	С блоком из 2-х пальцев (в то числе с большим пальцем)	
		4.3.3	С блоком из 3-х пальцев	
		4.3.4	С блоком из 4-х пальцев	
4.4.	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
4.5.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Пыле-влагозащищенность	
4.6	Комплектность	4.5.2	Виброустойчивость	
		4.4.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением и косметическая оболочка	
		4.4.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		5.2.2	Манжета на предплечье	
		5.2.3	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8 ¹ -04-02 «Протез предплечья с микропроцессорным управлением» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть предплечья	
		1.1.2	Средняя треть предплечья	
		1.1.3	Верхняя треть предплечья	
1.2	Объем ампутации, отсутствующий сегмент	1.2.1	Кисть, лучезапястный сустав	
		1.2.2	Кисть, лучезапястный сустав и часть предплечья	

		1.2.3	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы предплечья на любом уровне	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
4.5	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Пыле-влагозащищенность	
		4.5.2	Виброустойчивость	

4.6	Комплектность	4.3.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		4.3.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		6.2.2	Манжета на предплечье	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8 ¹ -04-03 «Протез плеча с микропроцессорным управлением» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Нижняя треть плеча	
		1.1.2	Средняя треть плеча	
		1.1.3	Верхняя треть плеча	
		1.1.4	Вычленение на уровне локтевого сустава	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи плеча на любом уровне	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
1.3	Состояние культи	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	

1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	
4.3.	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4.	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
4.5.	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Пыле-влагозащищенность	
		4.5.2	Виброустойчивость	
5.3	Комплектность	5.3.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением без косметической оболочки	
		5.3.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	

5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Шины локтевого шарнира	
		6.2.5	Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы)	
		7.2.2	Замок полимерного чехла	
		7.2.3	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8 ¹ -05-01 «Протез после вычленения плеча с микропроцессорным управлением, в том числе с электромеханическим приводом и контактной системой управления» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Верхняя треть плеча	
		1.1.2	Вычленение на уровне плечевого сустава	
		1.1.3	Межлопаточно-грудинная ампутация	

		1.1.4	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы верхней трети плеча или ее полное отсутствие	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо	
		1.2.3	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав, ключица, лопатка	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Отсутствующая конечность	1.4.1	Доминантная	
		1.4.2	Недоминантная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза (наплечник)	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культы при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Кисть с одним вариантом схвата	
		4.2.2	Кисть с двумя и более вариантами схвата	
		4.2.3	Кисть с 8-ю и более вариантами схвата	
		4.2.4	Кисть с 14-ю и более вариантами схвата	
		4.2.5	Кисть с 23-мя и более вариантами схвата	

4.3	Функциональные особенности системы управления	4.3.1	Интеллектуальная система управления	
4.4	Функциональные особенности большого пальца	4.4.1	Активное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
		4.4.2	Пассивное сгибание/разгибание и отведение/приведение большого пальца	
4.5	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.5.1	Пыле-влагозащищенность	
		4.5.2	Виброустойчивость	
4.6	Комплектность	4.6.1	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением	
		4.6.2	Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с активной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.3	Лучезапястный узел многофункциональный	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
		6.2.4	Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением	
7	Плечевой узел			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Плечевой узел	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Плечевой узел пассивный бесшарнирный	
		7.2.2	Плечевой узел пассивный шарнирный	

		7.2.3	Плечевой узел активный с микропроцессорным управлением	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника)	
		8.2.2	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-05-02 «Протез после вычленения плеча функционально-косметический» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Верхняя треть плеча	
		1.1.2	Вычленение на уровне плечевого сустава	
		1.1.3	Межлопаточно-грудинная ампутация	
		1.1.4	Врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культы верхней трети плеча или ее полное отсутствие	
1.2	Объем ампутации (отсутствующий сегмент)	1.2.1	Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча	
		1.2.2	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо	
		1.2.3	Кисть, предплечье, локтевой сустав, плечо, плечевой сустав, ключица, лопатка	
1.3	Состояние культы	1.3.1	Функциональная	
		1.3.2	Малофункциональная	
		1.3.3	Нефункциональная	
1.4	Протезирование	1.4.1	Первичное	
		1.4.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза (наплечник)	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладные элементы	

3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененных полимеров	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
3.3	Функциональные особенности	3.3.1	Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культиях	
4	Искусственная кисть			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Искусственная кисть	
4.2	Функциональные особенности	4.2.1	Искусственная кисть косметическая	
		4.2.2	Искусственная кисть шарнирная пассивная	
4.3	Комплектность	4.3.1	Косметическая оболочка и формообразующая кисти	
		4.3.2	Искусственная кисть с косметической оболочкой	
5	Лучезапястный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Лучезапястный узел	
5.2	Функциональные особенности	5.2.1	Лучезапястный узел с пассивной ротацией	
		5.2.2	Лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию	
6	Локтевой узел			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Локтевой узел	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.2	Локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире	
		6.2.3	Локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча	
7	Плечевой узел			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Плечевой узел	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Плечевой узел пассивный бесшарнирный	
		7.2.2	Плечевой узел пассивный шарнирный	

8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника)	
		8.2.2	Индивидуальное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-01 «Протез стопы» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Передний отдел стопы	
		1.1.2	Средний отдел стопы	
		1.1.3	Продольная ампутация стопы	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3-4	
1.4	Вес пользователя, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза на культю стопы	
		2.1.2	Без приёмной гильзы	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
2.3	Дополнительные элементы конструкции	2.3.1	Жесткая с системой регулировки объёма	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1.	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	

4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Вкладыш	
		4.1.2	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне переднего отдела стопы	
		4.2.2	Стопа в виде составного элемента при ампутации на уровне среднего отдела стопы	
		4.2.3	Стопа в виде составного элемента при продольной ампутации стопы	
		4.2.4	Стопа из композиционных материалов при 3-4 уровне активности	
		4.2.5	Стопа бесшарнирная при 1-3 уровне активности	
		4.2.6	Стопа из силикона анатомической формы	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Анатомическое крепление	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-04 «Протез голени для купания» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и/или по Сайму	
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
		1.1.6	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы голени	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	

		1.3.3	3-4	
1.4	Вес пользователя, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Жесткая с системой регулировки объема	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1.	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа протеза для купания	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
4.3	Функциональные особенности	4.3.1	Влагозащищенная	
		4.3.2	Противоскользящее покрытие	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Замок полимерного чехла	
		5.2.2	Бандаж-наколенник силиконовый	
		5.2.3	Вакуумное крепление	
		5.2.4	Анатомическое крепление	

		5.2.5	Бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан	
		5.2.6	Бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла	
		5.2.7	Индивидуальное	
5.3	Функциональные особенности	5.3.1	Влагозащищенное	
6	Отделочные косметические элементы			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Жесткая облицовка	
		6.1.2	Без косметической облицовки	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Влагостойкая	
		6.2.2	Разъемная	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-05 «Протез бедра для купания» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3-4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	

		2.2.2	Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – мягкий термопласт, в том числе скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.4	Комбинированная с системой регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа протеза для купания	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
4.3	Функциональные особенности	4.3.1	Влагозащищенная	
		4.3.2	Противоскользящее покрытие	
5	Коленный модуль протеза для купания			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением для 1-2 уровня двигательной активности	
		5.2.2	Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности	
5.3	Функциональные особенности	5.3.1	Влагозащищенный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	

6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Вакуумный клапан	
		6.2.2	Замок полимерного чехла	
		6.2.3	Индивидуальное	
		6.2.4	Двухточечная ременная система крепления KISS	
6.3	Функциональные особенности	6.3.1	Влагозащищенное	
7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Жесткая облицовка	
		7.1.2	Без косметической облицовки	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Влагостойкая	
		7.2.2	Разъемная	
8	Дополнительные функциональные устройства			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Поворотное устройство	
8.2	Функциональные особенности	8.2.1	Влагозащищенное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-06 «Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и/или по Сайму	
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
		1.1.6	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы голени	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Конструктивные особенности немодульного протеза голени			
2.1	Вид немодульного протеза голени	2.1.1	Протез шинно-кожаный	

		2.1.2	Протез цельнодеревянный	
		2.1.3	Протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами	
3	Приемная гильза			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Жесткая деревянная	
		3.2.2	Жесткая из слоистого пластика	
		3.2.3	Кожаная	
4	Вкладные элементы			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		4.1.2	Вкладная гильза кожаная	
5	Стопа			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Стопа	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Стопа бесшарнирная	
		5.2.2	Стопа шарнирная	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Манжета на бедро	
		6.2.2	Кожаное крепление	
		6.2.3	Манжета на бедро и кожаное крепление	
		6.2.4	Индивидуальное	
7	Отделочные косметические элементы (для протезов эндоскелетной конструкции)			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-07 «Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	
		1.1.2	Верхняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Нижняя треть бедра	

		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы бедра	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Конструктивные особенности немодульного протеза бедра			
2.1	Вид немодульного протеза бедра	2.1.1	Протез цельно-деревянный	
		2.1.2	Протез эндоскелетной конструкции с жесткими приемными гильзами	
3	Приемная гильза			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Приемная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Жесткая металлическая	
		3.2.2	Жесткая из слоистого пластика	
		3.2.3	Жесткая деревянная	
		3.2.4	Кожаная	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
5	Коленный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Комплект полуфабрикатов протеза бедра	
		5.1.2	Узел колено-голень деревянный	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Кожаное крепление	
		6.2.2	Индивидуальное	
7	Отделочные косметические элементы (для протезов эндоскелетной конструкции)			

7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-08 «Протез при вычленении бедра немодульный» раздела I настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Полукорсет	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза из вспененного полимера	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
5	Коленно-тазобедренный узел			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Комплект полуфабрикатов для протеза при вычленении бедра	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	

6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Полукорсет	
		6.2.2	Индивидуальное	
7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Мягкая облицовка	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-09 «Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	По Пирогову и/или по Сайму	
		1.1.2	Вычленение в голеностопном суставе	
		1.1.3	Нижняя треть голени	
		1.1.4	Средняя треть голени	
		1.1.5	Верхняя треть голени	
		1.1.6	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы голени	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3-4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Жесткая с системой регулировки объема	
		2.2.3	Комбинированная – из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	

3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
5	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Торсионное устройство	
		5.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		5.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		5.1.4	Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий	
		5.1.5	Модуль вакуумного насоса	
6	Крепление			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Крепление	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Вакуумное крепление	
		6.2.2	Система активного вакуума	
		6.2.3	Замок полимерного чехла	
		6.2.4	Анатомическое крепление	
		6.2.5	Манжета на бедро	
		6.2.6	Бандаж-наколенник	
		6.2.7	Кожаное крепление (пояс-уздечка)	
		6.2.8	Индивидуальное	
7	Отделочные косметические элементы			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Жесткая облицовка	
		7.1.2	Мягкая облицовка	
		7.1.3	Без косметической облицовки	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-10 «Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии» раздела 1 настоящего Перечня				

1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культы бедра	
1.2	Состояние культы	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3-4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – мягкий термопласт, в том числе скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.4	Комбинированная с системой регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			

4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением для 1-2 уровня двигательной активности	
		5.2.2	Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности	
		5.2.3	Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности	
6	Дополнительное функциональное устройство			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Торсионное устройство	
		6.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		6.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		6.1.4	Поворотное устройство	
		6.1.5	Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий	
		6.1.6	Модуль вакуумного насоса	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Вакуумное крепление	
		7.2.2	Система активного вакуума	
		7.2.3	Замок полимерного чехла	
		7.2.4	Бандаж	
		7.2.5	Кожаное крепление	
		7.2.6	Индивидуальное	

		7.2.7	Двухточечная ременная система крепления KISS	
8	Отделочные косметические элементы			
8.1	Наименование разновидности модуля узла, элемента)	8.1.1	Жесткая облицовка	
		8.1.2	Мягкая облицовка	
		8.1.3	Без косметической облицовки	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8-07-11 «Протез при вычленении бедра модульный» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза - полукорсет	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная – из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	

		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с механическим управлением для 1-2 уровня двигательной активности	
		5.2.2	Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности	
		5.2.3	Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности	
6	Тазобедренный модуль			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Тазобедренный модуль	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Тазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности	
		6.2.2	Тазобедренный модуль с гидравлическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Торсионное устройство	
		7.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		7.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		7.1.4	Поворотное устройство	

		7.1.5	Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Полукорсет	
		8.2.2	Индивидуальное	
9	Отделочные косметические элементы			
9.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	9.1.1	Жесткая облицовка	
		9.1.2	Мягкая облицовка	
		9.1.3	Без косметической облицовки	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8 ¹ -07-12 «Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в коленном суставе	
		1.1.2	Нижняя треть бедра	
		1.1.3	Средняя треть бедра	
		1.1.4	Верхняя треть бедра	
		1.1.5	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедра	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3-4	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	

		2.2.2	Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя - мягкий термопласт, в том числе скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
		2.2.4	Комбинированная с системой регулировки объема	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
		4.2.4	Стопа с микропроцессорным управлением	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с микропроцессорным управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с микропроцессорным управлением влагозащищенный	
6	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Торсионное устройство	
		6.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		6.1.3	Устройство переключения высоты каблукa	
		6.1.4	Поворотное устройство	
		6.1.5	Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий	

		6.1.6	Модуль вакуумного насоса	
7	Крепление			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Крепление	
7.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Вакуумное крепление	
		7.2.2	Система активного вакуума	
		7.2.3	Замок полимерного чехла	
		7.2.4	Бандаж	
		7.2.5	Кожаное крепление	
		7.2.6	Индивидуальное	
		7.2.7	Двухточечная ременная система крепления KISS	
8	Отделочные косметические элементы			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Жесткая облицовка	
		8.1.2	Мягкая облицовка	
		8.1.3	Без косметической облицовки	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8 ¹ -07-13 «Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Вычленение в тазобедренном суставе	
		1.1.2	Межподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)	
		1.1.3	Культи бедра менее 6 см	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	1-2	
		1.3.2	2-3	
		1.3.3	3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			

2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза – полукорсет	
2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Скелетированная	
		2.2.3	Комбинированная - из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа бесшарнирная	
		4.2.2	Стопа шарнирная	
		4.2.3	Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством	
		4.2.4	Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)	
5	Коленный модуль			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Коленный модуль	
5.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	5.2.1	Коленный модуль с микропроцессорным управлением	
		5.2.2	Коленный модуль с микропроцессорным управлением влагозащищенный	
6	Тазобедренный модуль			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Тазобедренный модуль	
6.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	6.2.1	Тазобедренный модуль с гидравлическим управлением	
		6.2.2	Тазобедренный модуль с механическим управлением	

7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Торсионное устройство	
		7.1.2	Торсионно-демпферное устройство	
		7.1.3	Устройство переключения высоты каблука	
		7.1.4	Поворотное устройство	
		7.1.5	Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий	
8	Крепление			
8.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	8.1.1	Крепление	
8.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	8.2.1	Полукорсет	
		8.2.2	Индивидуальное	
9	Отделочные косметические элементы			
9.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	9.1.1	Жесткая облицовка	
		9.1.2	Мягкая облицовка	
		9.1.3	Без косметической облицовки	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 8 ¹ -07-14 «Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Функционально-антропометрические данные			
1.1	Уровень ампутации	1.1.1	Средняя треть голени	
		1.1.2	Верхняя треть голени	
		1.1.3	Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени	
1.2	Состояние культи	1.2.1	Функциональная	
		1.2.2	Малофункциональная	
		1.2.3	Нефункциональная	
1.3	Уровень активности	1.3.1	2-3	
1.4	Вес пациента, кг	1.4.1	Указание параметра пациента	
1.5	Протезирование	1.5.1	Первичное	
		1.5.2	Повторное	
2	Приемная гильза			
2.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	2.1.1	Приемная гильза	

2.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	2.2.1	Жесткая	
		2.2.2	Жесткая с системой регулировки объема	
		2.2.3	Комбинированная – из силикона с внутренним каркасом из композиционного материала	
3	Вкладные элементы			
3.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	3.1.1	Вкладная гильза	
3.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	3.2.1	Вкладная гильза из силикона	
		3.2.2	Вкладная гильза из вспененного полимера	
		3.2.3	Вкладная гильза из мягкого термопласта	
4	Стопа			
4.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	4.1.1	Стопа	
4.2	Конструктивные особенности модуля (узла, элемента)	4.2.1	Стопа с микропроцессорным управлением	
5	Крепление			
5.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	5.1.1	Крепление	
5.2	Конструктивные особенностимодуля (узла, элемента)	5.2.1	Вакуумное крепление	
		5.2.2	Система активного вакуумного крепления	
		5.2.3	Замок полимерного чехла	
		5.2.4	Анатомическое крепление	
		5.2.5	Бандаж-наколенник	
		5.2.6	Индивидуальное	
6	Отделочные косметические элементы			
6.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	6.1.1	Жесткая облицовка	
		6.1.2	Мягкая облицовка	
		6.1.3	Без косметической облицовки	
7	Дополнительный компонент (модуль) протеза			
7.1	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.1.1	Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий	
7.2	Наименование разновидности модуля (узла, элемента)	7.2.1	Модуль вакуумного насоса	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 8-09-12 «Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфотического оттока, в том числе после ампутации молочной железы»				

по 8-09-16 «Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний, с 8-09-19 «Бандаж на коленный сустав (наколенник)» по 8-09-20 «бандаж компрессионный на нижнюю конечность» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Тип бандажа	1.1	Взрослый	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16, с 8-09-19 по 8-09-20
		1.2	Детский	
2	Пол пользователя	2.1	Мужской	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16, с 8-09-19 по 8-09-20
		2.2	Женский	
3	Возраст пользователя	3.1	Год рождения	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16, с 8-09-19 по 8-09-20
4	Параметры измерения для подбора размерного ряда, см	4.1	Окружность плеча, предплечья, запястья	Применяется для позиции 8-09-12
		4.2	Окружность талии, окружность бедер	Применяется для позиций с 8-09-13 по 8-09-16
		4.3	Окружность грудной клетки	Применяется для позиции 8-09-14
		4.4	Окружность середины коленного сустава, окружность бедра выше коленного сустава на 10 см, окружность голени ниже коленного сустава на 10 см	Применяется для позиции 8-09-19
		4.5	Окружность щиколотки в самом узком месте, окружность голени в самом широком месте, окружность бедра ниже паха на 5 см	Применяется для позиции 8-09-20
5	Степень компрессии	5.1	0	Применяется для позиций 8-09-20 с учетом заключения профильного специалиста медицинской организации
		5.2	1	
		5.3	2	
		5.4	3	
		5.5	4	
6	Необходимость индивидуального изготовления	6.1	Отсутствие	Применяется для позиций с 8-09-12 по 8-09-16, с 8-09-19 по 8-09-20
		6.2	Наличие	
7	Вариант изготовления	7.1	С перчаткой с фиксирующим ремешком	Применяется для позиции 8-09-12
		7.2	Без перчатки с фиксирующим ремешком	
		7.3	С перчаткой на манжете резинка	
		7.4	Без перчатки на манжете резинка	
		7.5	Бандаж-грация-трусы	
		7.6	Бандаж-трусы	
		7.7	Бандаж-пantalоны	
		7.8	Пояс	
		7.9	Чулки с открытым мысом	Применяется для позиции 8-09-20

		7.10	Чулки с закрытым мысом	
		7.11	Гольфы с открытым мысом	
		7.12	Гольфы с закрытым мысом	
		7.13	Колготы с закрытым мысом	
		7.14	Колготы с открытым мысом	
8	Регулируемые лямки	8.1	Наличие	Применяется для позиции 8-09-14
		8.2	Отсутствие	
9	Вид пелота	9.1	Съемный	Применяется для позиций 8-09-15, 8-09-16
		9.2	Статичный	
10	Степень фиксации	10.1	Мягкая (легкая)	Применяется для позиций 8-09-13, 8-09-19
		10.2	Полужесткая (средняя)	
		10.3	Жесткая (сильная)	
11	Вид конструкции	11.1	Со вставками	Применяется для позиции 8-09-13, 8-09-14, 8-09-19
		11.2	Без вставок	
		11.3	Неразъемные	Применяется для позиции 8-09-19
		11.4	Разъемные	
		11.5	С клапаном	Применяется для позиции 8-09-15
		11.6	Со смягченным мешочком	
		11.7	С креплением по типу «трусы»	
		11.8	С креплением в виде системы «пояс-ремешки»	
12	Способ фиксации	12.1	Регулируемые	Применяется для позиции 8-09-15
		12.2	Нерегулируемые	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 8-09-17 «Головодержатель полужесткой фиксации» по 8-09-18 «Головодержатель жесткой фиксации», 8-09-21 «Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы» до 8-09-26 «Реклинатор-корректор осанки» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций с 8-09-17 по 8-09-18, с 8-09-21 по 8-09-26
		1.2	Женский	
2	Возраст пользователя	2.1	Год рождения	Применяется для позиции 8-09-21 (указываются оба параметра одновременно)
3	Параметры измерения для подбора размерного ряда, см	3.1	Подгрудный обхват	
		3.2	Полнота (обхват груди по выступающим точкам)	

4	Особенность конструкции	3.3	Обхват груди	Применяется для позиций с 8-09-22 по 8-09-26 (сочетание параметров измерения определяется в зависимости от уровня поражения)
		3.4	Обхват талии	
		3.5	Обхват бедер с учетом выступа живота	
5	Способ фиксации	4.1	С цельной гильзой	Применяется для позиции 8-09-22
		4.2	С разъемной гильзой растяжимой	
		4.3	С разъемной гильзой нерастяжимой	
6	Вид формы гильзы-головодержателя	5.1	Нерегулируемые	Применяется для позиции 8-09-18
		5.2	Регулируемые	
		6.1	С захватом затылочной области головы	
7	Конструкция гильзы головодержателя	6.2	Без захвата затылочной области головы	
		6.3	С разгрузкой на плечевую область туловища	
		6.4	Разгрузкой на переднюю верхне-грудную область	
8	Конструкция головодержателя	6.5	С разгрузкой на заднюю верхне-грудную область	
		6.6	Со смягчением внутренней поверхности гильзы	
		6.7	Без смягчения части внутренней поверхности гильзы	
9	Тип контрукции	7.1	С разъемом сзади	Применяется для позиции 8-09-25
		7.2	С двумя боковыми разъемами	
		8.1	С чехлом	
		8.2	Без чехла	
		9.1	С задней, передней верхней, передней нижней упорными площадками	
		9.2	С задней, передней верхней, передней средней и передней нижней упорными площадками	
		9.3	С передней верхней и передней нижней упорными площадками и поясом	
		9.4	С частями гильз корсета на поясничный отдел позвоночника	
		9.5	С частями гильз на поясничный и частями гильзы на нижнегрудной отделы позвоночника	

10	Вид исполнения	9.6	С частями гильзы на поясничный, частями гильзы на нижнегрудной и частями гильз на грудной отдел позвоночника	
		9.7	С частями гильзы на поясничный, частями гильзы на грудной, частями гильзы на верхнегрудной отделы позвоночника	
		9.8	С частями гильзы на поясничный отдел позвоночника и частями гильзы на шейный отдел позвоночника - головодержателем	
11	Способ соединения узлов, деталей	10.1	С деталями, модулями, узлами максимальной готовности	
		10.2	Деталими, модулями, узлами как максимальной готовности, так и частями гильз индивидуального изготовления	
		11.1	За счет металлических задних упругих пластин и передних гребенчатых защелок	
		11.2	За счет жестких пластин, устанавливаемых на винтах	
12	Способ регулирования параметров вертикальных несущих элементов	11.3	За счет пластиковых замков	
		11.4	За счет комбинирования способов соединения	
		12.1	Плавно раздвижные	
		12.2	Дискретно перенастраиваемые	
13	Конструкция	13.1	Без захвата брюшной стенки	Применяется для позиции 8-09-25
		13.2	С захватом брюшной стенки	
14	Конструкция основания	14.1	Без вставок	
		14.2	С металлическими вставками	
		14.3	С полимерными вставками	
15	Расположение основания	15.1	На уровне верхнегрудного отдела позвоночника	
		15.2	Уровне среднегрудного и верхнегрудного отделов позвоночника	
		15.3	Уровне нижнегрудного, среднегрудного, верхнегрудного отделов позвоночника	
16	Материал основания	16.1	Хлопчатобумажная ткань	
		16.2	Эластичная ткань	

17	Конструкция креплений	16.3	Дублированная, триплированная ткань	Применяется для позиции 8-09-21
		16.4	Мембранная ткань	
		17.1	С застежкой сзади	
		17.2	С застежкой спереди	
		17.3	С застежкой в области плечевого пояса	
		17.4	без креплений	
18	Конструкция изделия	18.1	С захватом здоровой молочной железы;	
		18.2	Без захвата здоровой молочной железы;	
		18.3	С карманом и отводящим валиком;	
		18.4	С выделением чашки;	
		18.5	Без выделения чашки;	
		18.6	С подкладкой;	
		18.7	Без подкладки	
19	Способ изготовления	19.1	Максимальная готовность по типоразмеру на подбор	
		19.2	Индивидуального изготовления	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 8-09-27 «Аппарат на кисть» по 8-09-42 «Аппарат на всю ногу» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 8-09-27 по 8-09-42
2	Вес пользователя	2.1	Индивидуальный подбор	
3	Функциональные дефекты	3.1	Нарушение нервно-мышечных функций	Применяется для позиций с 8-09-37 по 8-09-42
		3.2	Нарушение местоположения осей суставов относительно их проекции на плоскости при стоянии и ходьбе	
		3.3	Нарушение амплитуды движений в суставах	
		3.4	Изменение степеней свободы в суставах	
4	Динамические характеристики, направленные на восполнение двигательных функций	4.1	Аппараты без упругих элементов (механические)	
		4.2	Аппараты с внешними упругими элементами (механические)	
		4.3	Аппараты со встроенными упругими элементами	
		4.4	Аппараты с внешними источниками энергии	
		4.5	Комбинированные аппараты	

5	Разновидность аппаратов	5.1	На правое бедро с поясом;	Применяется для позиции 8-09-40
		5.2	На правое бедро с полукорсетом;	
		5.3	На правое бедро с корсетом;	
		5.4	На левое бедро с поясом;	
		5.5	На левое бедро с полукорсетом;	
		5.6	На левое бедро с корсетом;	
		5.7	На правое и левое бедро с полукорсетом;	
		5.8	На правое и левое бедро с корсетом	
6	Тип крепления	6.1	С поясом	Применяется для позиции 8-09-42
		6.2	С корсетом	
		6.3	С полукорсетом	
7	Конструктивное устройство корсета	7.1	На поясничный отдел позвоночника	
		7.2	На ниже-грудной отдел позвоночника	
		7.3	На грудной отдел позвоночника	
		7.4	На верхне-грудной отдел позвоночника	
		7.5	На верхне-грудной с захватом шейного отдела позвоночника с головодержателем	
8	Особенности конструкции	8.1	С гильзами кисти, предплечья и плеча	Применяется для позиции 8-09-36
		8.2	С гильзами кисти, предплечья и плеча и с захватом плечевого сустава	
		8.3	С гильзами кисти, предплечья, плеча и наплечником с эластичной подвеской	
		8.4	С гильзами кисти, предплечья, плеча и наплечником с шарниром	
		8.5	С гильзами кисти, предплечья, плеча и наплечником с шарниром, тросом и подмышечной петлей	
		8.6	С гильзами кисти, предплечья и плеча обеих конечностей и опорой взаимосвязывающей левый и правый аппараты	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 8-09-44 «Тутор на лучезапястный сустав» по 8-09-54 «Тутор на всю ногу» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 8-09-44 по 8-09-54
2	Вес пользователя	2.1	Индивидуальный подбор	

3	Метод изготовления	3.1	Индивидуальное	Применяется для позиций 8-09-49, 8-09-54
		3.2	Максимальная готовность на подбор	
4	Метод использования	4.1	Используемые в положении лежа, сидя (ненагружаемые) без выкладки сводов	
		4.2	Используемые в положении лежа, сидя (ненагружаемые) с выкладкой сводов	
		4.3	Для ходьбы (нагружаемые) с жестким носком без выкладки сводов	
		4.4	Для ходьбы (нагружаемые) с жестким носком с выкладкой сводов	
		4.5	Для ходьбы динамические с упругим задним участком и (или) упругим носком без выкладки сводов	
		4.6	Для ходьбы динамические с упругим задним участком и (или) упругим носком с выкладкой сводов	
5	Вид конструкции	5.1	Без вкладного двойного следа	
		5.2	С вкладным двойным следом	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 9-01-01 «Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)» по 9-01-04 «Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)» и с 9-02-01 «Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)» по 9-02-03 «Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций с 9-01-01 по 9-01-04, с 09-02-01 по 9-02-03
		1.2	Женский	
2	Назначение	2.1	При продольном плоскостопии	Применяется для позиций 9-01-01, 9-02-01. Возможно сочетание нескольких допустимых значений
		2.2	Распластанности переднего отдела стопы	
		2.3	Сочетанной форме плоскостопия	
		2.4	Вальгусной/плоско-вальгусной стопе	
		2.5	Варусной/поло-варусной стопе	
		2.6	Полой стопе	
		2.7	Эквинусной стопе	
		2.8	Пяточной стопе	
		2.9	Косолапости	

	2.10	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы	
	2.11	Укорочении нижней конечности	
	2.12	Отвисающей стопе	
	2.13	Паралитической стопе	
	2.14	Диабетической стопе	
	2.15	Лимфостазе	
	2.16	Акромегалии	
	2.17	Разной длине стоп	
	2.18	Кульнях стоп или аномалиях развития по типу культи	
	2.19	Для бездвуруких	
	2.20	Неопороспособной конечности	
	2.21	При иной патологии (указать какой)	
	2.22	На протез	Применяется для позиций 9-01-02, 9-02-02. Возможно сочетание нескольких допустимых значений
	2.23	При продольном плоскостопии	
	2.24	Распластанности переднего отдела стопы	
	2.25	Сочетанной форме плоскостопия	
	2.26	Вальгусной/плоско-вальгусной стопе	
	2.27	Варусной/поло-варусной стопе	
	2.28	Полой стопе	
	2.29	Эквинусной стопе	
	2.30	Пяточной стопе	
	2.31	Косолапости	
	2.32	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы	
	2.33	Отвисающей стопе	
	2.34	Паралитической стопе	
	2.35	Диабетической стопе	
	2.36	Лимфостазе	
	2.37	Акромегалии	
	2.38	Культе стопы или аномалии развития по типу культи	
	2.39	Для бездвуруких	
	2.40	Неопороспособную конечность	

		2.41	При иной патологии (указать какой)	Применяется для позиции 9-01-03 Применяется для позиции 9-01-04, 9-02-03
		2.42	На протез	
		2.43	При продольном плоскостопии	
		2.44	Распластанности переднего отдела стопы	
		2.45	Сочетанной форме плоскостопия	
		2.46	Вальгусной/плоско-вальгусной стопе	
		2.47	Варусной/поло-варусной стопе	
		2.48	Полой стопе	
		2.49	Эквинусной стопе	
		2.50	Пяточной стопе	
		2.51	Косолапости	
		2.52	Деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы	
		2.53	Укорочении нижней конечности	
		2.54	Отвисающей стопе	
		2.55	Паралитической стопе	
		2.56	Диабетической стопе	
		2.57	Лимфостазе	
		2.58	Акромегалии	
		2.59	Разной длине стоп	
		2.60	Кульнях стоп или аномалиях развития по типу культи	
		2.61	Для бездвuruких	
		2.62	Неопороспособную конечность	
		2.63	При иной патологии (указать какой)	
		2.64	Стопы с ортопедическим аппаратом (при двустороннем поражении)	
		2.65	Стопа с ортопедическим аппаратом (при одностороннем поражении)	
3	Вид обуви	3.1	Туфли	Применяется для позиций с 9-01-01 по 9-01-04, с 9-02-01 по 9-02-03
		3.2	Полуботинки	
		3.3	Ботинки	
		3.4	Полусапоги	
		3.5	Сапоги	

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 9-01-05 «Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)», 9-01-06 «Вкладной башмачок» и 9-02-04 «Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Пол пользователя	1.1	Мужской	Применяется для позиций 9-01-05, 9-01-06, 9-02-04
		1.2	Женский	
2	Назначение	2.1	На протез, стопу с ортопедическим аппаратом	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		2.2	Для восполнения отсутствующего переднего и среднего отделов стопы (односторонний дефект стопы)	Применяется для позиции 9-01-06
		2.3	Для восполнения отсутствующего переднего и среднего отделов стоп (двусторонний дефект)	Применяется для позиции 9-01-06
3	Вид обуви	3.1	Туфли	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		3.2	Полуботинки	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
		3.3	Ботинки	Применяется для позиций 9-01-05, 9-02-04
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 10 (10-01-01 – 10-02-03) «Противопрележневые матрацы и подушки» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Максимальный вес пользователя, кг	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03, с 10-02-01 по 10-02-03
2	Длина, см	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03. Индивидуальный подбор в зависимости от роста пользователя
3	Ширина, см	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 10-01-01 по 10-01-03
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 11 (11-01-05, 11-01-06, 11-01-09) «Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Длина, см	1.1	Не более 90 см	Применяется для позиции 11-01-05
2	Ширина захвата, мм	2.1	Не более 60	Применяется для позиции 11-01-05
3	Масса изделия, кг	3.1	Не более 0,15	Применяется для позиции 11-01-05
4	Грузоподъемность, кг	4.1	Не более 1	Применяется для позиции 11-01-05
5	Тип крепления приспособления	5.1	Рамка	Применяется для позиции 11-01-06
		5.2	Велкро	
6	Максимальная нагрузка, Н	6.1	Не менее 100 Н	Применяется для позиции 11-01-09

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 12 (12-01-01 – 12-01-07) «Специальная одежда» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Тип одежды	1.1	Взрослая	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-07
		1.2	Детская	
2	Пол пользователя	2.1	Мужской	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-07
		2.2	Женский	
3	Возраст пользователя	3.1	Год рождения	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-03, с 12-01-05 по 12-01-07
4	Доступные размеры	4.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций с 12-01-01 по 12-01-02
		4.2		Применяется для позиций 12-01-03, 12-01-05, 12-01-06, 12-01-07
		4.3		Применяется для позиции 12-01-04
5	Возможность индивидуального изготовления	5.1	Наличие	Применяется для позиции 12-01-02
		5.2	Отсутствие	
6	Структурные и функциональные нарушения пользователя	6.1	Структурные (анатомические) и функциональные нарушения нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования протезом(протезами)	Применяется для позиции 12-01-01, 12-01-02
		6.2	Структурные (анатомические) и функциональные нарушения нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской	Применяется для позиции 12-01-01, 12-01-02
		6.3	Выраженные нарушения органа зрения	Применяется для позиции 12-01-01, 12-01-02
		6.4	Выраженные нарушения функции выделения	Применяется для позиции 12-01-01, 12-01-02
7	Сезон	7.1	Зима	Применяется для позиций 12-01-01, 12-01-02
		7.2	Весна	
		7.3	Лето	
		7.4	Осень	
8	Комплектность	8.1	Пальтово-костюмный ассортимент	Применяется для позиции 12-01-01
		8.2	Платьево-блузочный ассортимент	
		8.3	Верхние сорочки	
		8.4	Нательное белье	
9	Особенность изготовления	9.1	Для типовых фигур	Применяется для позиций 12-01-01, 12-01-02
		9.2	Индивидуальное изготовление	

		9.3	При сложной сочетанной патологии, требующей особо сложных методов изготовления	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 13-01-01 «Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флеш-картах» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Тип устройства	1.1	Карманное	Применяется для позиции 13-01-01. Индивидуальный подбор в зависимости от способа использования
		1.2	Настольное	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 13-01-02 «Электронный ручной видеоувеличитель» по 13-01-04 «Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат» «говорящих книг» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Диагональ экрана, см	1.1	Не менее 9 см	Применяется для позиции 13-01-02
		1.2	Не менее 50 см	Применяется для позиции 13-01-03
2	Кратность увеличения	2.1	2-10 крат	Применяется для позиции 13-01-02
		2.2	До 170 крат	Применяется для позиции 13-01-03
		2.3	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 13-01-02, 13-01-03, 13-01-04. Индивидуальный подбор по заключению профильного специалиста в данной области
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 15 (15-01-01 – 15-01-02) «Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Вывод результата	1.1	Речевой и визуальный	Применяется для позиций 15-01-01, 15-01-02
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 16 (16-01-01 – 16-01-03) «Сигнализаторы звука световые и вибрационные» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Возможность самостоятельной установки при подготовке и во время эксплуатации	1.1	Наличие	Применяется для позиций с 16-01-01 по 16-01-03
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 18 (18-01-01) «Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Диагональ экрана, см	1.1	Не менее 80	Применяется для позиций 18-01-01
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 19 (19-01) «Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом» раздела 1 настоящего Перечня				

1	Голосовое управление	1.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
		1.2	Отсутствие	
2	Русский синтезатор речи	2.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
		2.2	Отсутствие	
3	Клавиатура с алфавитом на русском языке	3.1	Наличие	Применяется для позиции 19-01-01
		3.2	Отсутствие	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 21-01-01 «Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной» по 21-01-12 «Двухкомпонентный дренируемый уростомный мешок» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Тип изделия	1.1	Однокомпонентный	Применяется для позиций с 21-01-01 по 21-01-06
		1.2	Двухкомпонентный	Применяется для позиций с 21-01-07 по 21-01-12
2	Тип мешка	2.1	Дренируемый	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-02, 21-01-07,21-01-08
		2.2	Недренируемый	Применяется для позиций 21-01-03, 21-01-04, 21-01-09,21-01-10
		2.3	Уростомный	Применяется для позиций 21-01-05, 21-01-06, 21-01-11,21-01-12
3	Форма адгезивной пластины	3.1	Плоская	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-03, 21-01-05, 21-01-07, 21-01-09, 21-01-11
		3.2	Конвексная	Применяется для позиций 21-01-02, 21-01-04, 21-01-06, 21-01-08, 21-01-10, 21-01-12
4	Крепления для пояса для конвексных пластин	4.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-02, 21-01-04, 21-01-06, 21-01-08, 21-01-10, 21-01-12
5	Крепления для пояса для плоских пластин	5.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-07, 21-01-09, 21-01-11. Индивидуальный подбор
		5.2	Отсутствие	
6	Встроенный фильтр для недренируемых калоприемников	6.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-03, 21-01-04, 21-01-09, 21-01-10
7	Встроенный фильтр для дренируемых калоприемников	7.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-01, 21-01-02, 21-01-07, 21-01-08 Индивидуальный подбор
		7.2	Отсутствие	

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 21-01-13 «Пояс для калоприемников и уроприемников» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Регулируемая длина	1.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-13. Индивидуальный подбор
		1.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-13. Индивидуальный подбор
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-14 «Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Размер кольца-фиксатора	1.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 21-01-14
2	Регулируемая длина	2.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
		2.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
3	Крепления для пояса	3.1	Наличие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
		3.2	Отсутствие	Применяется для позиции 21-01-14. Индивидуальный подбор
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 21-01-15 «Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной», 21-01-16 «Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Объем мочеприемника, мл	1.1	От 350 до 1000.	Применяется для позиции 21-01-15. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		1.2	От 1000 до 4000.	Применяется для позиции 21-01-16. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
2	Длина дренажной трубки мочеприемника, см	2.1	От 20 до 120.	Применяется для позиции 21-01-15. Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации

		2.2	От 90 до 150	Применяется для позиции 21-01-16
3	Переходник для соединения с катетером, уропрезервативом	3.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-15, 21-01-16 Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		3.2	Отсутствие	Применяется для позиций 21-01-15, 21-01-16 Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
4	Покрытие мешка	4.1	Односторонняя нетканая подложка (покрытие).	Применяется для позиции 21-01-15 Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		4.2	Без подложки и покрытия	Применяется для позиции 21-01-15 Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 21-01-17 «Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Регулируемая длина, см	1.1	От 50 до 90	Применяется для позиции 21-01-17
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 21-01-18 «Уропрезерватив с пластырем», 21-01-19 «Уропрезерватив самоклеящийся» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Тип изделия	1.1	Двухкомпонентное	Применяется для позиции 21-01-18
		1.2	Однокомпонентное	Применяется для позиции 21-01-19
2	Размер (диаметр) уропрезерватива, мм	2.1	От 20 до 41	Применяется для позиций 21-01-18, 21-01-19 Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-20 «Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-20. Индивидуальный подбор по заключению
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	

		1.4	Для мальчиков	профильных специалистов медицинской организации
2	Размер катетера, СН	2.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиций 21-01-20
3	Зафиксированное гидрофильное покрытие	3.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-20
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-20 ¹ «Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с незафиксированным гидрофильным покрытием)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-20 ¹ . Индивидуальный подбор по заключению профильных специалистов медицинской организации
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
		1.4	Для мальчиков	
2	Размер катетера, СН	2.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиций 21-01-20 ¹
3	Незафиксированный гидрофильный лубрикант	3.1	Наличие	Применяется для позиций 21-01-20 ¹
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-21 «Наборы – мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-21. Индивидуальный подбор
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	
		1.4	Для мальчиков	
2	Размер катетера. СН	2.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиций 21-01-21
3	Способ лубрикации катетера	3.1	С зафиксированным гидрофильным покрытием	Применяется для позиций 21-01-21. Индивидуальный подбор
		3.2	С незафиксированным гидрофильным лубрикантом	Применяется для позиций 21-01-21. Индивидуальный подбор
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 21-01-22 «Катетер уретральный длительного пользования», 21-01-23 «Катетер уретральный постоянного пользования» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Длина катетера	1.1	Мужские	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23. Индивидуальный подбор
		1.2	Женские	
		1.3	Детские	

2	Размер катетера, СН	2.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23
3	Объем баллона катетера, мл	3.1	От 5 до 30	Применяется для позиций 21-01-22, 21-01-23
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-24 «Катетер для эпицистостомы» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Вид катетера	1.1	Двухходовой баллонный катетер Фолея	Применяется для позиции 21-01-24. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Одноходовой катетер Пеццера	
2	Длина катетера, см	2.1	От 40 до 42	Применяется для позиции 21-01-24
3	Размер катетера, СН	3.1	Индивидуальный подбор	Применяется для позиции 21-01-24
4	Объем баллона катетера, мл	4.1	От 5 до 15	Применяется для двухходового баллонного катетера
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-25 «Система (с катетером) для нефростомии» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Вид катетера	1.1	Катетер баллонный	Применяется для позиции 21-01-25. Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.2	Катетер J-типа,	
		1.3	Катетер Малеко	
2	Длина катетера, см	2.1	От 35 до 40	Применяется для баллонного катетера
		2.2	От 27 до 32	Применяется для катетеров J-типа
		2.3	От 28 до 36	Применяется для катетеров Малеко
3	Размер катетера, СН/Fr	3.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста	Применяется для позиции 21-01-25
4	Объем баллона катетера, мл	4.1	От 3 до 5	Применяется для двухходового баллонного катетера
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-26 «Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Вид катетера	1.1	Одноходовой	Применяется для позиции 21-01-26
2	Длина катетера, см	2.1	От 45 до 155	Применяется для позиции 21-01-26 Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
3	Размер катетера, Fr	3.1	от 5 до 22	Применяется для позиции 21-01-26.

				Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
4	Тип наконечника	4.1	Прямой	Применяется для позиции 21-01-26.
		4.2	J-типа	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-27 «Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Размер (диаметр в раскрытом состоянии), мм	1.1	Индивидуальный подбор по заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-27
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-28 «Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Комплектация	1.1	Резервуар для воды, воронка, ирригационный рукав, прижимная пластина, пояс	Применяется для позиции 21-01-28
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 21-01-29 «Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в трубе, не менее 60 г» по 21-01-38 «Абсорбирующие железирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Вес, г	1.1	Не менее 60	Применяется для позиций 21-01-29, 21-01-30
		1.2	Не менее 25	Применяется для позиции 21-01-32
2	Объем, мл	2.1	Не менее 60	Применяется для позиции 21-01-31
		2.2	Не менее 50	Применяется для позиций 21-01-33, 21-01-37
		2.3	Не менее 180	Применяется для позиции 21-01-35
3	Форма	3.1	Жидкость	Применяется для позиций 21-01-33, 21-01-35, 21-01-37
		3.2	Жидкость, нанесенная на салфетки	Применяется для позиций 21-01-34, 21-01-36
		3.3	Порошок в пакетике	Применяется для позиции 21-01-38
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-39 «Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Форма (размер)	1.1	Полукольцо	Применяется для позиции 21-01-39.
		1.2	Полукольцо с ушками под пояс	Индивидуальный подбор по заключению профильного медицинского специалиста
		1.3	Другая форма (указать какая)	

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-40 «Адгезивная пластина - кожный барьер», 21-01-42 «Тампон для стомы» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Размер (диаметр) стомы, мм	1.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-42
2.	Размер, мм	2.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-40
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 21-01-41 «Защитные кольца для кожи вокруг стомы» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Толщина, мм	1.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиции 21-01-41
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 21-01-43 «Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной» по 21-01-45 «Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Тип изделия	1.1	Однокомпонентный	Применяется для позиций 21-01-43,21-01-44
		1.2	Двухкомпонентный	Применяется для позиции 21-01-45
2	Тип мешка	2.1	Дренируемый	Применяется для позиций 21-01-43,21-01-45
		2.2	Уростомный	Применяется для позиции 21-01-44
3	Форма адгезивной пластины	3.1	Плоская	Применяется для позиций с 21-01-43 по 21-01-45
4	Размер (диапазон) отверстия под стому, мм	4.1	Индивидуальный подбор. По заключению профильного специалиста в данной области	Применяется для позиций 21-01-43, 21-01-44
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 22-01-01 «Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)» по 22-01-03 «Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Впитываемость, мл	1.1	400-500	Применяется для позиции 22-01-01
		1.2	800-1200	Применяется для позиции 22-01-02
		1.3	1200-1900	Применяется для позиции 22-01-03
2	Длина, см	2.1	40	Применяется для позиции 22-01-01
		2.2	60	Применяется для позиции 22-01-02, 22-01-03
3	Ширина, см	3.1	60	Применяется для позиций 22-01-01, 22-01-02
		3.2	90	Применяется для позиции 22-01-03

Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 22-01-04 «Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г» 22-01-13 «Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г»

для
по
раздела 1

настоящего Перечня

1	Размер (текст)	1.1	XS	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-05
		1.2	S	Применяется для позиций 22-01-06, 22-01-07
		1.3	M	Применяется для позиций 22-01-08, 22-01-09
		1.4	L	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-11
		1.5	XL	Применяется для позиций 22-01-12, 22-01-13
2	Объем талии, см	2.1	До 60	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-05
		2.2	До 90	Применяется для позиций 22-01-06, 22-01-07
		2.3	До 120	Применяется для позиций 22-01-08, 22-01-09
		2.4	До 150	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-11
		2.5	До 175	Применяется для позиций 22-01-12, 22-01-13
3	Влагопоглощение, г	3.1	Не менее 1000	Применяется для позиций 22-01-04, 22-01-06
		3.2	Не менее 1200	Применяется для позиции 22-01-05
		3.3	Не менее 1300	Применяется для позиции 22-01-08
		3.4	Не менее 1400	Применяется для позиции 22-01-07
		3.5	Не менее 1450	Применяется для позиций 22-01-10, 22-01-12
		3.6	Не менее 1800	Применяется для позиции 22-01-09
		3.7	Не менее 2000	Применяется для позиции 22-01-11
		3.8	Не менее 2800	Применяется для позиции 22-01-13
4	Сорбционная способность после центрифугирования, г	4.1	Не менее 120	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
		4.2	Не менее 240	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
5	Обратная сорбция, г	5.1	Не более 4,4	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
6	Скорость впитывания, см/с	6.1	Не менее 2,3	Применяется для позиций с 22-01-04 по 22-01-13
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций с 22-01-14 «Подгузники для детей весом до 5 кг» по 22-01-18 «Подгузники для детей весом свыше 20 кг и до 30 кг включительно» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Размер	1.1	До 5 кг	Применяется для позиции 22-01-14
		1.2	До 6 кг	Применяется для позиции 22-01-15
		1.3	До 9 кг	Применяется для позиции 22-01-16
		1.4	До 20 кг	Применяется для позиции 22-01-17
		1.5	От 20 до 30 кг включительно	Применяется для позиции 22-01-18

2	Обратная сорбция, г	2.1	Не более 0,4	Применяется для позиций 22-01-14, 22-01-15
		2.2	Не более 6	Применяется для позиции 22-01-16
		2.3	Не более 14	Применяется для позиции 22-01-17
		2.4	Не более 16	Применяется для позиции 22-01-18
3	Время впитывания, с	3.1	Не более 3,0	Применяется для позиций с 22-01-14 по 22-01-18
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиций 23 (23-01-01 – 23-01-04) «Кресла-стулья с санитарным оснащением» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Рост пользователя, см	1.1	Указание параметра пациента	Применяется для позиций с 23-01-01 по 23-01-04
2	Вес пользователя, кг	2.1	Указание параметра пациента	
3	Ширина сиденья, см	3.1	Индивидуальный подбор	
4	Глубина сиденья, см	4.1	Индивидуальный подбор	
5	Высота подлокотника, см	5.1	Индивидуальный подбор	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 23 ¹ -01-01 «Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Количество обновляемых ячеек Брайля, шт.	1.1	Не менее 12	Применяется для позиции 23 ¹ -01-01
2	Клавиши маршрутизации курсора, шт.	2.1	Не менее 14	
3	Версия Bluetooth	3.1	Не ниже 4.1	
4	Слот для карт памяти, ГБ	4.1	Для карт памяти объемом не менее 256	
5	Поддерживаемые способы ввода/вывода информации	5.1	Рельефно-точечным шрифтом Брайля	
6	Клавиатура в стиле Перкинс (не менее 8 клавиш)	6.1	Наличие	
		6.2	Отсутствие	
7	Возможность настройки вибрационного оповещения для определенных событий	7.1	Вибрационное	
		7.2	Звуковое	
Технические решения, в том числе специальные, конструктивные особенности и параметры технического средства реабилитации, применяемые для позиции 23 ¹ -01-02 «Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов» раздела 1 настоящего Перечня				
1	Обеспечение доступа незрячим и слабовидящим	1.1.	Доступ к возможностям ПК, включая сеть Интернет	Применяется для позиции 23 ¹ -01-02
2	Совместимость	2.1	Наличие	
3	Поддержка ввода информации	3.1	Со встроенной клавиатуры брайлевского дисплея	
4	Синтезатор речи	4.1	Русскоязычный	
5	Интерфейс	5.1	Русифицированный	
6	Режим эмуляции компьютерной мыши	6.1	При помощи клавиатурных команд	